

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(הקראו ב"ח סיבא)
יחידה מזמינה:	מיון הרפ"י יולפא
תאריך:	22/11/17

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095066684	ULTRASOUND MODEL:VOLUSON E6 BT10 230V/50HZ

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

לא

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה _____

שירותים _____

טובין

שם הספק:	אלדן
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510848690
מספר ספק בשיבא	1148
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$59,500 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

15 בנובמבר 2017
מספרנו: עש/2017-0429
תיק: 3-1125, 4004

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כאן
נכבדי,

הנדון: בינוי 2017/מיון חדר יולדות – חו"ד לרכישת US גניקולוגי
בינוי 2017 – מיון חדר יולדות
דוא"ל פרופ' ליפיץ שלמה

1. בהמשך לסימוכין, הרחבת היחידה מחייבת רכישת המכשיר הנ"ל, בכמות של 1 יח', אשר ישמש בחדר US ייעודי.

2. מצורפת הצעת מחיר 175R00791 של חבי אלדן לדגם Voluson E6 BT-17 תוצרת GE. מומלץ לממש ההצעה במלואה.

המערכת תסופק עם המתמרים הבאים:

* RIC 5-9 – מסוג VAGINAL 3D בתחום תדרים 5-9MHz

* RAB 6-D – מסוג CONVEX בתחום תדרים 2-8MHz. זהו הדגם העדכני והמחליף לדגם RAB4-8-D הנמצא בשימוש באגף הגניקולוגי.

3. ביחידת האולטראסאונד הגניקולוגי 10 מערכות אולטראסאונד תוצרת GE מדגמים Voluson E6, E8, E10. הדגמים החדשים תוצרת GE נבדקו ונמצאו בעלי יתרון משמעותי על פני דגמים מתחרים. דרישת הרופאים ביחידת האולטראסאונד הגניקולוגי היא כי כל השלמה למערך המכשור תעמוד בקריטריון אחידות מכשור בכדי לאפשר נוחות משתמש ואחידות תוצאות. בהתאם לכך ניתן לראות בחברת GE ונציגותה המקומית ספק בלעדי לרכישה.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל, תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים או בדיקות תקופתיות בהתאם לדרישות יצרן.

ב ב ר כ ה,

ענבר אמונץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעה

העתקים: פרופ' ליפיץ שלמה
ד"ר גלבע ינון
ד"ר וייס בועז
גב' אורית הורוביץ