

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הקרן -
יחידה מזמינה:	לינתחי 82
תאריך:	26/10/17

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095070504	מוניטור נייד דגם B450
2	1095059267	PSMP MODULE E-PSMP ENGLISH MODULE FOR ECG 3,5&12 LEADS WITH
3	1095052502	MODULE S/S SINGLE WIDTH AIRWAY- E-MINIC

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	לבנט
מספר ח.מ. / ח.צ. / עמותה:	510021884
מספר ספק בשיבא	1707

ספק זה הינו:	ספק יחיד	ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$25,494 + מע"מ	
תקופת ההתקשרות	24 חודשים	

2/..

- 2 -

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

לאור הנימוקים שמגיתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ענבר שושן	מהנדסת ביו-רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

25 באוקטובר 2017  
מספרנו: עש/2017-0404  
תיק: 1009, 1120-9

דחוף

לכבוד  
מר גיל דר  
גבי גילי נעים  
כ.א.ן

**הנדון: ניתוחי לב/ יחידת טיפול נמרץ – חו"ד להרחבת מערכת ניטור**  
תכתובת מיום 17.10.17-19.10.17

1. ביחידה לט.נ ניתוחי לב מערכת ניטור תוצרת DATEX-GE הכוללת:

- תחנה מדגם CENTRAL | שנרכשה בשנת 2008.
- מוניטורים Bed Side מדגם F-CU5P
- מוניטורים ניידים מדגם F-FM

2. בעקבות אירוע חריג בהעברת חולה מטיפול נמרץ לחדר ניתוח נדרשת רכישת 2 מוניטורים ניידים, בכדי לחבר מוניטורים אלו לתחנה הקיימת ולאפשר ניוד מודולים בין מכשירי הניטור השונים נדרשת רכישת מוניטור נייד מתוצרת GE בלבד. הדגם העדכני היחיד המאפשר חיבור לתחנה הוא B450 ולכן זהו הדגם המתאים ביותר לקורלציה עם המכשור הקיים.

3. מומלץ לממש הצעה PQ17L01277 של חברת לבנט למוניטורים ניידים מדגם B450 תוצרת GE. יש לממש ההצעה במלואה. ניתן לראות ביצרון ובנציגו ספק בלעדי לרכישה בהתאם לאמור בסעיף 2.

4. ההצעה כוללת: 2 מוניטורים ניידים מדגם B450, 2 סוללות, 2 מעמדים ניידים, 2 מודולים רב-פרמטרים מדגם E-PSMP, 2 מודולים לניטור EtCO2 מדגם E-miniC וכל הרכיבים והאביזרים הנדרשים להפעלה מלאה.

**יש לממש הרכישה בדחיפות.**

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים). תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה

ענבר אמונץ-שושן  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעה

העתקים: פרופ' אהוד רענני  
גבי עדנה שלום