

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	ק"א
תאריך:	1.10.14

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
7	1098936438	PRINTER PAPER FOR I-STAT 1 ANALYZER
6	1095079745	I-STAT PRINTER KIT
4	1095079737	EXTERNAL SIMULATOR
2	1095079729	I-STAT 1 DOWNLOADER RECHARGER KIT
1	1095079711	I-STAT 1 ANALYZER
5	1040013054	תוכנת CDS לניהול נתוני המכשיר לייצוא למערכת HIS/LIS
3	1040013047	.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י תור"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	8000120022	I STAT ANALYZER PT/INR CARTRIDGE 24T
1	8000120014	I STAT ANALYZER CHEM 8 CARTRIDGE 25T

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י תו"ד מצ"ב מענבר שושן	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	רניום מדיקל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	515523645
מספר ספק בשיבא	85800
ספק זה היננו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$7,880 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

דחוף

28 בספטמבר 2017
מספרנו : עש/2017-0379
תיק : 4503

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כאן

הנדון : פגים – חו"ד לרכישת Blood Analyzer

א. תוכנית הצטיידות מיום 5.7.17

ב. מכתב משה"ב מיום 23.7.17

ג. דוא"ל יחידת המחשב מיום 27.09.17

1. בהמשך לסימוכין א' (פריט 2 ברשימה) נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.

2. דרישות המערכת:

- א. מערכת Point Of Care.
- ב. המערכת תכלול את הבדיקות הבאות: גזים, כימיה, לחצים חלקיים של חמצן ופחמן דו חמצני, PTT, PT/INR, ACT ועוד.
- ג. האנליזה תבצע באמצעות איסוף של 2-3 טיפות דם.

3. המערכת היחידה העונה לדרישות היא i-STST ונצרת Abbott point of care. דרישות אלו מותאמות למגוון בדיקות ה-Point of care הנדרשות לפגייה וליכולת לאסוף דם לבדיקה מפגים. בהתאם לכך ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

4. מצורף אישור יחידת המחשב להתקנה וקישור למערכות בית החולים.

5. מומלץ לממש הצעת מחיר 252897 של חברת רניום על כל סעיפיה. סוג וכמות המארזים לבירור ישיר מול דר' שטראוס.

יש לממש ההצעה בדחיפות.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחות מ-24 חודשים ולא כמופיע בהצעות). תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה

ענבר אמוץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: דר' צ. שטראוס'
דר' ר. מזכרת