



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

3 באוקטובר 2017
מספרנו: יש/2017-0386
תיק: 7013, 1123-5

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כאן

נכבדי,

הנדון: מכון פתולוגי – חו"ד לרכישת מיקרוסקופ

דוא"ל פרופ' ברשק מיום 2.10.17

בסימוכין מבהירה פרופ' ברשק הצורך ברכישת מיקרוסקופ בכמות 1 יח'.

מדובר במיקרוסקופ בעל הנתונים הבאים:

(א) ראש בינאוקולרי מתכוון

(ב) עיניות בעלות שדה רחב 10x

(ג) תאורת LED

(ד) רבולבר עבור 7 אובייקטיבים + אינקודר לזיהוי אוטומטי של עוצמת התאורה במעבר מאובייקטיב לאובייקטיב.

(ה) אובייקטיבים:

כמות של 6 אובייקטיבים כולם מסוג Plan Achromat בהגדלות:
X60, x40, x20, x10, x4, x2 (ללא אימרסיה)

(ו) שולחן עם מחזיקים לסליידים ותנועת X-Y

רצ"ב הצעת מחיר M1703894, של חב' אייזנברג הכוללת את כל הפריטים הנדרשים כמפורט לעיל, אותה מומלץ לממש על כל סעיפיה.

במכון הפתולוגי בלעדיות למיקרוסקופים מתוצרת OLYMPUS על פי קביעתה של מנהלת המכון וקודמיה וזאת מטעמי הנדסת אנוש, דיוק ואיכות שאין דומה להם במכשור מקביל מיצרנים אחרים. מאחר ומדובר במכשיר המהווה את הבסיס עליו מבוסס האיבחון הפתולוגי קיימת חשיבות מכרעת לשיקול זה.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

בנוסף קיימת יכולת לשימוש באביזרים זהים בין דגמי המיקרוסקופים מתוצרת יצרן זה המצויים בשימוש, קרי - אחדות במכשור מהווה עבודה נוחה עם סליידים אחדים ואיבחון אחד.

בהתאם לני"ל ניתן לראות ביצרן ובנציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים מיום הקליטה בפועל, הכוללת ביצוע טיפולים תקופתיים על פי הנחיות היצרן.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר

העתק : פרופ' איריס ברסק



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

3 באוקטובר 2017
מספרנו: יש/2017-0385
תיק: 7013, 1123-5

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כאן
נכבדי,

הנדון: מכון פתולוגי – חוו"ד לשדרוג מיקרוסקופ

דוא"ל פרופ' ברשק מיום 2.10.17

במכון הפתולוגי מצוי מיקרוסקופ דו-ראשי (צופה משני ממול לצופה ראשי), דגם BX-53F תוצרת חב' OLYMPUS.

בסימוכין מבקשת פרופ' ברשק לשדרגו על מנת לאפשר יכולת צפייה בו-זמנית של שני צופים נוספים משני הצדדים כך שיהיו 4 עמדות צפייה, צופה ראשי ועוד 3 צופים מישניים.

רצ"ב הצעת חב' אייזנברג לרכישת מפצל אופטי (Beam Splitter) לתוספת שני צופים מהצד, וכן תוספת צנרת אופטית לצופה משני מאחר והמפצל האופטי כולל צנרת אופטית לצופה ראשון.

הבהרה: שני ראשי הצפייה הכוללים אוקולרים אינם נדרשים לרכישה מאחר וקיימים במכון.

מומלץ לממש הצעת המחיר הרצ"ב על כל סעיפיה.

ניתן לראות את היצרן OLYMPUS ונציגותו המקומית ספק בלעדי על כל המשתמע מכך.

למען הסר ספק, לא ניתן לרכוש הפריטים הנדרשים לשדרוג משום יצרן חלופי זולת יצרן המיקרוסקופ על מנת לאפשר אינטגרציה מלאה עם המכשיר הקיים בפועל.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים לשדרוג רבתי.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתק: פרופ' איריס ברשק