



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 172201

יחידה מזמינה: חדר ניתוח

מהות הרכישה: החלפת מתמר לפרוסקופי במכשיר US


סכום הרכישה מטבע ספק: 82,641 ש"ח כולל מע"מ

ספק פוטנציאלי: אמי טכנולוגיות

הוועדה התכנסה בתאריך 26.11.17 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם


המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:


רו"ח שירי בן זאב


שמואל עמור


יועץ משפטי


יוסי שחך

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

-1-

לכבוד
ועדת רכישות
כאן

הנדון: התלפת מתמר במכשיר אולטרא סאונד B&K FLEX FOCUS

בחדר ניתוח מותקן מכשיר אולטרא סאונד, מס"ד 14925 של חב' B&K הכולל מתמר לפרוסקופי דגם 8666RF משנת 2013. המתמר משמש לניתוחי כבד. המתמר התקלקל ולא ניתן לתיקון. במקומו ממליץ לרכוש מתמר חדש מחב' א.מ.י טכנולוגיות הספק הבלעדי לשיווק מכשירי אולטראסאונד B&K בארץ. אין אפשרות לרכוש מתמר מתאים של יצרן אחר או מספק אחר.

בברכה,

ד"ר וולקוב אנדריי
מהנדס הנדסה רפואית

14.12.2017