

(3)

מדינת ישראל/משרד החקלאות
מינהל המחקר החקלאי
מכון וולקני

ועדת הפטור המשרדית

ועדה מיום 10.1.18

מס' פטור: 1684

הנושא: רכישת אוטוקלב הוריזונטלי עם תא עיקור מרובע בנפח 240 ליטר


דיון והחלטה


ועדת הפטור המשרדית מאשרת את ההתקשרות שבנדון בפטור ממכרז על פי תקנה 3(29) לאחר שהשגה נבחנה ונדחתה כמפורט בהמלצת וועדת המכרזים וזאת בהתאם לפרטים שלהלן:

שם הספק הזוכה: טוטנאור בע"מ ח.פ.: 520040023

היקף ההתקשרות: 163,977 ₪ כולל מע"מ 17%

תקופת ההתקשרות: מיום אישור ההזמנה ועד ליום 31.12.2018


גלעד שמיר
חשב
מינהל המחקר החקלאי


עו"ד בת-עמי הלווינג
יועצת משפטית
מינהל המחקר החקלאי


פרופ' אלי פיינרמן
ראש מינהל המחקר
החקלאי

מדינת ישראל/משרד החקלאות
מינהל המחקר החקלאי
מכון וולקני

ועדת המכרזים המשרדית

ועדה מיום 9.1.18

מס' פטור: 1684

הנושא: רכישת אוטוקלב הוריזונטלי עם תא עיקור מרובע בנפח 240 ליטר

דיון

ביום 29.11.2017 פורסמה כוונה להתקשרות ספק יחיד - פנייה במערכת מנוף מס' 607574

ביום 3.12.17 התקבלה השגה מחברת שרבי טכנולוגיות אשר טען כי יש בידו לספק תאי עיקור אשר מתאימים לדרישות.

מומחית התוכן בחנה את ההשגה כנדרש על פי תקנה 3א(א)(3).

החוקרת שוחחה עימו ואף בדקה את אתר האינטרנט של החברה המשיגה ממנה עולה כי החברה

מעולם לא מכרה או התקינה מכשיר זהה או דומה.

יצויין כי אחת מדרישות הסף היא ניסיון מוכח של לפחות 7 שנים באספקה ושירות של ציוד דומה

למעבדות ובתי חולים. אין כל ספק, כי הספק אינו בעל ניסיון כלל ולכן אינו עומד בדרישה זו.

למען הזהירות נבחן גם הפרוספקט אשר הוצג על ידי המשיג. בדיקת הפרוספקט העלתה כי המכשיר המוצע

אינו עומד, גם הוא, בדרישות המחקריות. כך למשל, במכשיר אין פעולה בשיטת פרה ואקום, אין מערכת

קירור מהיר לעיקור בטווח הנדרש אין אזכור למחולל קיטור אינטגרלי ועוד.

יצויין כי די בעובדה שאין למשיג ניסיון נדרש או שאינו עומד רק באחד התנאים הטכניים של המכשיר כדי

לדחות את השגתו. במקרה זה מדובר במספר סיבות אשר כל אחת מהן יש בה כדי לקחות את ההשגה.

ה ח ל ט ה

ועדת המכרזים ממליצה לוועדת הפטור המשרדית לאשר את ההתקשרות שבנדון בפטור ממכרז על פי תקנה

3(29), לאחר שפורסמה חוות דעת הוגשה השגה אשר נדחתה על ידנו לאחר בדיקה כמפורט לעיל וזאת

בהתאם לפרטים שלהלן:

שם הספק הזוכה: טוטנאור בע"מ ח.פ.: 520040023

היקף ההתקשרות: 163,977 ₪ כולל מע"מ 17%

תקופת ההתקשרות: מיום אישור ההזמנה ועד ליום 31.12.2018

נציגת היחידה
אתי אור

גלעד שמיר
חשב המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר זנאור
יו"ר הועדה

(1)

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
ועדת המכרזים המשרדית

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

תאריך: 27.11.2017

כוונה להתקשרות - ספק יחיד

אישור פרסום כוונה להתקשרות בפטור - בצרוף חוות דעת מומחה:

הועדה מאשרת את הפרסום האמור, לאחר ששוכנעה לאור חוות הדעת והסברי המזמין כי מדובר בספק יחיד
לפי תקנה: (29)3 X ספק יחיד

(31)3 התקשרות עם תושב חוץ

פטור מס' (פנימי): 1684

יחידה מבקשת מחצית הצמח

נושא רכישת אוסון קליב תרמוסטטי עם תא זיקור ארוך קנה 240 ליטר

התקשרות עם ספק סולטאר קס"א מס' ספק 520040023

שווי ההתקשרות בש"ח כולל מע"מ 17% 163,977 תנאי תשלום:

שווי ההתקשרות במטבע — כולל 30% הוצאות ייבוא / ללא הוצאות ייבוא/כולל 17% מע"מ

תקופת ההתקשרות מ: 18.12.17 עד 31.12.18

איש קשר לקבלת השגות מהציבור: יעל שלוש דואר אלקטרוני: tender_committee@volcani.agri.gov.il

הסכם: לא כן מס' הסכם

הערה:

אתי אור
נציג היחידה
אל אור

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

גלעד שמיר
חשב המינהל

בטלן טלן
עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

[Signature]
אמיר גנאור
יו"ר הועדה

הנדון: אישור התקשרות בפטור לפי תקנה: (29)3 ספק יחיד / (31)3 התקשרות עם תושב חוץ

החלטת הועדה מיום:

החלטה

בחלוף ימי הפרסום כדיון ובהעדר השגות, וועדת המכרזים ממליצה לאשר את ההתקשרות הנ"ל בפטור ממכרז לפי תקנה (29)3 / (31)3 בהתאם לנתונים המפורטים בהחלטת ועדת המכרזים לאישור פרסום כוונת התקשרות. ההחלטה כפופה לאישור ועדת הפטור המשרדית.

נציג היחידה

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

גלעד שמיר
חשב המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

מינהל המחקר החקלאי	משרד החקלאות
מדעי הצמח	יחידה מזמינה/מכון:
22.11.2017	תאריך חוות דעת:
1684	פטור מס' (פנימי):

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3X(29) / 3(31) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

ביצוע עבודה

שירותים

X טובין

שם הספק:	Tuttnauer טוטנאור בע"מ
מספר הספק: (ח.פ./ח.צ.ע./מ.מספר עמותה)	520040023
ספק זה הנו:	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	163,977 ₪ כולל מע"מ 17%
תקופת ההתקשרות:	מיום אישור ההזמנה

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

הנושא: רכישת אוטוקלב הוריזונטלי עם תא עיקור מרובע בנפח 240 ליטר

בבניין להשבחת מטעים עבודה בנפח גבוה בתרבויות רקמה לתכניות השבחה ומחקר שמחייבת זמינות שני אוטוקלבי ענק בנפח של 240 ליטר. אופי העבודה מחייב שהאוטוקלב יהיה הוריזונטלי עם פתח מרובע. נדרשת החלפה של אוטוקלב ותיק בן כ-20. שני האוטוקלבים מחוברים למערכת ואקום משותפת.

- אוטוקלב הוריזונטלי בנפח 240 ליטר
- פעולה בשיטת פרה-ואקום
- מערכת קירור מהיר לעיקור מהיר בטווח של 105-130 מעלות לעיקור יבש ורטוב של כלים ותמיסות
- בקרת לחץ לתאום בין תא העיקור למעטפת
- יכולת לבקרה על ידי סנסור טמפרטורה לניטור טמפ תמיסה
- תא פנימי מרובע מפלבי"מ 3 איכותי מוגן מקורוזיה עם מדפים נשלפים
- דלת פתיחה עם מנגנון בטיחות מכני עצמאי
- ברזים פנאומטיים עם פיקוד חשמלי
- אספקת קיטור ממחולל קיטור

- יכולת חיבור למשאבת וקום קיימת המשרתת אוטוקלב נוסף זהה
- יכולת ל-5 תכניות עיקור לפחות
- בקרה אלקטרונית אוטומטית מבוססת מיקרופרוססור
- פנל דיגיטלי עם תצוגת טמפרטורה, לחץ, תכנית נבחרת, מצב דלתות
- דיווח רציף על נתוני התהליך עם גיבוי
- אחריות לשנה לפחות
- ניסיון מוכח באספקה ושירות של ציוד דומה למעבדות ובתי חולים של לפחות 7 שנים
- זמינות שירות וחלפים בקריאה מהירה
- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת:

חיפוש באינטרנט ושיחה עם ספקים.

2. ממצאי הבדיקה:

ישנם בארץ ספקים רבים לאוטוקלבים קטנים/ ורטיקליים/ עם תא עגול. לפי מיטב הבנתנו אין בארץ עוד ספק לאוטוקלב הוריזונטלי עם תא עיקור מרובע בנפח גדול של 240 ליטר ועונה לכל הדרישות האחרות שהוצגו.

3. נימוקים והערות נוספות:

שני האוטוקלבים הקיימים כרגע ברשותנו הם מאותה תוצרת ועובדים בשירותנו כ-15 ו-20 שנה. אופי העבודה ונפחיה מחייבים מנח הוריזונטלי ותא מרובע גדול, מחזור עיקור מהיר ואפשרויות לעיקור יבש ורטוב. העבודה מחייבת מכשיר תעשייתי אמין שיש עבורו שירות מקצועי שמאפשר מענה מידי לתקלות והשירות השוטף ניתן בד"כ לשני האוטוקלבים יחד.

למיטב ידיעתנו, טוטנאור הוא הספק היחיד שמספק אוטוקלבים הוריזונטליים עם פתח מרובע בנפח גדול של 240 ליטר העונים על הדרישות העקרוניות שהוצגו.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

אתי אור	חוקרת	אתי אור
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה