



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

מסרד:	מכון גנטי- מרכז רפואי בני ציון
יחידה מזמינה:	גנטיקה מולקולארית
תאריך:	05.12.2017

אל: ועדת המכרזים

הגדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה X³(29) / ³(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<p>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</p> <p>חב' דניאל ביוטק בע"מ הינה הספק היחיד של חב' Illumina. TruSight One Panel Sequencing Kit #FC-141-1006 MiSeq Reagent Nano kit v2 #MS-103-1003 MiSeq Reagent Micro kit v2 #MS-103-1002 MiSeq Reagent kit v2 #MS-103-2002</p> <p>וכן קיטים אחרים המשמשים להכנת הדגימות והרצת בדיקות בטכנולוגיית NGS במכשיר ה- MiSeq. קיט ה- MiSeq Reagent וקיטים נוספים מחב' Illumina, הינם יחודיים לריצוף בשיטת NGS, על מכשיר ה- Mi-Seq. הקיטים השונים משמשים להכנת הדגימות בהתאם לפאנל הגנים הנבדקים וכן בהתאם לנפח הבדיקות ומספר הבסיסים להרצה.</p>

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	דניאל ביוטק בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	ע.מ. 512664814
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	כ-150,000 ש"ח כולל מע"מ לשנה
תקופת ההתקשרות:	01-01-2018 -31-12-2018

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

<p>חב' דניאל ביוטק בע"מ הינה הספק היחיד של חב' Illumina והקיטים להרצה על מכשיר ה-MiSeq. ניתן לראות זאת באתר חברת Illumina – ראה קישור מצ"ב.</p> <p>http://www.illumina.com/company/contact-us/distributors.html#middle-east</p>
<p>מערכת ריצוף בשיטת ה-NGS, מאפשרת ריצוף בו זמנית של מאות גנים. הדבר מאפשר סריקה של גנים רבים בו זמנית, במיוחד במקרים בהם ברור שהמחלה תורשתית, אבל לא ידועה המוטציה הגורמת למחלה בנבדק. היום ניתן לסרוק בו זמנית 4,800 גנים אשר ידוע לגביהם שהם קשורים למחלות שונות. במקרה של מחלת הסרטן, ניתן לסרוק מעל ל-90 גנים אשר ידוע לגביהם שהם קשורים למחלת הסרטן.</p>
<p>חב' Illumina, והקיטים להרצה על מכשיר ה-MiSeq, או מכשירים גדולים יותר מתוצרת Illumina, משמשים במרבית המעבדות בעולם לדיאגנוסטיקה וגם למחקר לבדיקות בשיטת ה-NGS.</p>

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר עאדל שלאעטה	מנהל המעבדה לגנטיקה מולקולארית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



 חתימה
 מנהל המעבדה לגנטיקה מולקולארית
 מ.ר. עאדל שלאעטה
 מ.ר. 21975
 מרכז רפואי בני ציון חיפה