

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקריאה בי"ח ע"מ
יחידה מזמינה:	מל"פ
תאריך:	31/01/18

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
9	1098705247	'STANDARD WALL CHANNEL 19
8	1096100888	ARM SUPPORT KIT M-SERIES MP20/30MP40/50 GCXAG-0018-21
7	1096082797	ADD INVAS PRES/TEMP COMB
3	1096082797	ADD INVAS PRES/TEMP COMB
5	1095076774	INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR
1	1095076774	INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR
6	1095056032	MULTI MEASUREMENT SERVER-MODULE M3001A
2	1095056032	MULTI MEASUREMENT SERVER-MODULE M3001A
10	1040013468	CM UTILITY BASKET M SERIES OR VHM ARM8.9
4	1040009029	ROLL STAND KIT INTELLIVUE MP20-70 MX600-800

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית
-------	---------------------------	------------------------



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

16 בינואר 2017
מספרנו: עש/2018-0017
תיק: 9-1120, 2001

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
כ.א.ן

הנדון: מלר"ד/ שלב ב' – חוות דעת לרכישת השלמה למערכת ניטור
דוא"ל מיום 14.01.18

1. להשלמת מערכת הניטור, נדרשת רכישת מוניטורים בכמות של 4 יחידות בהתאם לפירוט הבא:

- א. מוניטור מדגם MX450 כולל מתלה קיר לניטור חולים במיון שוכבים בכמות של 2 יחידות. זאת מאחר ובהתאם להחלטת ההנהלה מנובמבר 2017, 2 מוניטורים יישארו במתחם הבידוד ונדרשת רכישה של 2 מכשירים חלופיים למיטות שייפתחו במתחם החדש.
 - ב. מוניטור מדגם MX450 כולל עגלה לניוד חולים מחדרי הטראומה בכמות של 2 יחידות. לאחר השלמה זו, בחדרי הטראומה ימצאו בשימוש 5 מוניטורים ניידיים, אחד לכל מיטה.
 2. מומלץ לממש הצעות 172506393 (מוניטור נייד, מודול ניטור בסיסי, עגלה וסוללה) בכמות של 2 יחידות ו- 172506994 (מוניטור, מודול ניטור בסיסי, מתלה קיר, כל האביזרים הדרושים להתקנה וסוללה) בכמות של 2 יחידות.
 3. במיון נמצאת בשימוש מערכת ניטור הכוללת 3 תחנות ומוניטורים מדגמים MP-20, MX450 ו-MX-800. בכדי לאפשר קורלציה עם המכשור הקיים, המשכיות ניטור בהעברות חולים, הצגת נתונים בתחנות ובמסכים, ניהול המיטות מתחנת האחות ושידור לתיק חולה יש לרכוש המוניטורים נוספים מתוצרת Philips בלבד. בהתאם לכך, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.
- יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
- יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים). תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,

ענבר אמוני-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתק: דר' אבי עירוני