

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות ביה"ש
יחידה מזמינה:	סקר י"א ר"מ
תאריך:	31/01/18

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080255	AUTODELFIA PLATE PROCESSOR

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

HVD	שם הספק:
	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
17855	מספר ספק בשיבא
_____ ספק חוץ	ספק זה הינו: <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד
81,000 יורו+מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
24 חודשים	תקופת ההתקשרות



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. **TEL. 972-3-5303388/3917**

פקס. **FAX. 972-3-5303387**

16 בינואר 2018
מספרנו: יש/0011-2018
תיק: 7010

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
כ.א.ן
נכבדי,

הנדון: **סקר יילודים –**

חו"ד לרכישת מכשיר לביצוע בדיקות סקר יילודים

דוא"ל דר' אלמשנו מיום 14.1.18

במעבדה המרכזית של סקר היילודים מבוצעות בדיקות אנדוקריניות לכל היילוד בארץ על מנת לאבחן:

- תת תריסיות מולדת (באמצעות T4, TSH).
- סגסוג יתר של בלוטת יתרת הכיליה (באמצעות 17OHP)

הבדיקות מבוצעות בפועל באמצעות אנלייזר (מעבד) דגם אוטודלפיה (AutoDelfia) תוצרת חברת פרקיין-אלמר (PE) המצוי בכמות 3 יח' במעבדה. האנלייזר מחייב לצורך פעילותו שימוש במתכלים (פלטות) ותוכנה ייעודית.

לנוכח העלייה המשמעותית בכמות הלידות ברמה הארצית ועל מנת לעמוד בלוח זמנים הנדרש לביצוע הבדיקות, נדרש מכשיר נוסף (רביעי).

החשיבות לרכישת מכשיר מהדגם הקיים בפועל נובע מטעמי אחידות במתכלים וביכולת אינטגרציה עם התוכנה הייעודית.

מומלץ, איפוא, לממש הצעת המחיר הרצ"ב, כאשר ניתן לראות את היצרן PE ונציגתו המקומית גאמידור ספק בלעדי מהטעמים המפורטים לעיל.

החזמנה תכלול תקופת אחריות של 24 חודשים מיום הקליטה בפועל במעבדה כמקובל במוסד. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

סעיף תקציבי לרכישה בהתאם לסימוכין.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתק: דר' שלמה אלמשנו