

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד: (הבריאות)	
יחידה מזמינה: כיול רגילה יס.38	
תאריך: 29/08/17	

קוץ מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
4	1096100888	ARM SUPPORT KIT M-SERIES MP20/30MP40/50 GCXAG-0018-21
6	1096082797	ADD INVAS PRES/TEMP COMB
3	1096082797	ADD INVAS PRES/TEMP COMB
1	1095076774	INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR
5	1095056602	CO2 MEASUREMENT MODULE-M3015A
2	1095056032	MULTI MEASUREMENT SERVER-MODULE M3001A

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השיחות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמן אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מדטכניקה
----------	----------





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

8 ביוני 2017  
מספרנו: עש/2017-0213  
תיק: 9-1120, 3003

לכבוד  
מר גיל דר  
גב' גילי נעים

**הנדון: בינוי 2017/ כירורגיה ילדים -  
חו"ד לרכישת השלמה למערכת ניטור  
בינוי 2017**

1. בהמשך לסימוכין נדרשת הרחבה של מערכת הניטור הקיימת במחלקה, מערכת הניטור הקיימת כוללת את הרכיבים הבאים תוצרת Philips:
  - א. מוניטור מדגם MP-20 הכולל מודול רב פרמטרי בכמות של 9 יחידות. 2 יחידות מתוכן על עגלה ומשמשות כמוניטור נייד.
  - ב. מוניטור מדגם Junior הכולל מודול רב פרמטרי בכמות של 1 יחידות.
  - ג. תחנה מרכזית מדגם INTELLIVUE.
2. הרחבת מערכת הניטור תכלול את הפריטים הבאים:
  - א. מוניטור מדגם MX450 הכלל מודול רב פרמטרי בכמות של 6 יחידות.

**הבהרות:**

- למחלקה נדרשים 2 מוניטורים ניידים ו-14 מיטות מנטרות עבור יחידת טיפול מוגבר, התזרים הצמודים, חדרי בידוד וחדרי טיפול. במחלקה רק 9 מוניטורים אשר מסוגלים להתחבר לתחנה ובכך להעביר נתונים לתיק חולה ולהציגם בעמדת האחות בהתאם לסטנדרט הטיפול הנחוג כיום. בהתאם לאמור, הכמות הנדרשת לרכישה היא 6 יחידות.
  - הופסק ייצורו של מוניטור MP-20. דגם MX-450 הינו הדגם המתאים ביותר להחליפו.
- א. מודול לניטור EtCO2 בכמות של 3 יחידות.
  - ג. זרועות לתליית המוניטורים על המסילות אשר הותקנו בתדרים בכמות של 6 יחידות.
  - ד. כל האביזרים, הכבלים והסנסורים הדרושים להפעלה מלאה.
3. מומלץ לממש הצעות המחיר הבאות:

**מוניטור MX450**, מודול רב פרמטרי וכל האביזרים הנדרשים - הצעה 16250259 של חברת מדטכניקה. יש לממש הצעה במלואה בכמות של 6 יחידות ולא כמופיע בהצעה.  
ההזמנה תציין אספקת סוללה עבור כל מוניטור במסגרת המחיר הנתון.

**זרועות לתליית המוניטורים על גבי המסילות** - הצעה 162504355. יש לממש פריט



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

12 בלבד בכמות של 6 יחידות.

**מודול EtCO2** – הצעה 162500860 של חברת מדטכניקה. יש לממש ההצעה במלואה בכמות של 3 יחידות ולא כמופיע בהצעה.

4. רכישת כל המרכיבים הדרושים להרחבה מתוצרת PHILIPS הינה חיונית על מנת לאפשר קורלציה עם המכשור המצוי וחיבור לתחנה לשם העברת נתונים לתיק חולה והצגת הפרמטרים בעמדת האחות כמקובל בסטנדרט הטיפול. נדגיש כי שימוש במספר בודד של מודולים לניטור EtCO2 מחייב העברתם בין המוניטורים על פי צורך, העברת מודול בין מוניטורים תתאפשר רק כאשר מדובר במוניטורים מתוצרת זהה.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל, תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים או בדיקות תקופתיות בהתאם לדרישות יצרן.

יש לממש הרכישה כחודשיים טרם פתיחת מיון שלב ב'. זאת מכיוון ונעשה שימוש עבור כירורגיה ילדים במוניטורים הממותינים לפתיחת היחידה הנוספת במיון ומוניטורים אלו לא יידרשו עד לסיום הבינוי.

בברכה

ענבר שושן - Bsc  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה

להנדסה רפואית

לוט : הצעות

העתק: גב' יופה-ויסמן אינה  
מר אור שני