

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקפיטל גרייט סיטי
יחידה מזמינה:	פ"מ
תאריך:	16/01/18

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080081	NOVA PRIME PLUS ANALYZER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 12,174 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

24 בדצמבר 2017
מספרנו: עש/2017-0469
תיק: 4503, 1128-8A

ד ת ו

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
ג.א.ג.

הנדון: פגים - חו"ד לרכישת Blood Gas Analyzer

מכתב משהייב מיום 23.7.17

דוא"ל מיום 06.12.17 ומיום 10.12.17

אישור יחידת המחשב מיום 21.12.17

1. בחמשן לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.

2. דרישות המערכת:

א. מערכת Point Of Care.

ב. המערכת תכלול בדיקות גזים וביוכימיה.

ג. האנליזה תתבצע באמצעות איסוף 50µl.

3. המערכת היחידה העונה לדרישות היא Prime Plus תוצרת NOVA. דרישות אלו מותאמות למגוון בדיקות ה-Point of care הנדרשות לפגייה וליכולת לאסוף דם לבדיקה מפגים. בהתאם לכך ניתן לראות ביצור ובנציגו ספק בלעדי לרכישה בדגש על דרישה ב' ובהתאם למכתבו של ד' רם זולמן מיום 10.12.17.

4. מצורף אישור יחידת המחשב להתקנה וקישור למערכות בית החולים.

5. מומלץ לממש הצעת מחיר 172509667 של חברת מדטכניקה. סוג וכמות מתכלים בתיאום מול דר' שטראוס.
יש לממש ההצעה בדחיפות.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים ולא כמופיע בהצעות). תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה

ענבר אמוני-שושן
מהנדסת ביו-רפואית

המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: דר' צ. שטראוס
דר' ר. מוכרת