

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד: (פריאור ביה שביא)	
יחידה מזמינה: חירף	
תאריך: 31/01/18	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095061784	RESPIRATORY SUPPORT DEVICE MODEL: BIPAP VIVO 40

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ע.י מדיקוויפ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	513060806
מספר ספק בשיבא	12585
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$12,450 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

16 בינואר 2018
מספרנו: יש/0014-2018
תיק: 1115C, 2001

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כאן

נכבדי,

הנדון: מלר"ד/שלב ב' – חו"ד לרכישת BIPAP

דוא"ל מיום 14.1.18

במלר"ד קיים שימוש ב-BIPAP שהינו מכשיר תומך נשימה הכולל שני מדדי לחץ חיובי הניתנים לשינוי (Inspirum/Expirum).

עקב פתיחת שלב ב' במלר"ד נדרשת תוספת כמות של 3 יח' לכמות הקימות בפועל בשימוש.

הדגם הנפוץ ואשר מצוי בכמות של כ-70 יח' בכל מחלקות ביח"ח כולל במלר"ד הינו דגם VIVO-40 ולכן מטעמי אחידות השימוש מהיבט תפעולי ומניעת טעויות בהפעלה ושימוש בתנאי הלחץ הקיימים במלר"ד, יש לשמור על זהות במכשור הקיים ממנו יש שביעות רצון מלאה.

מומלץ, איפוא, לממש רכישת דגם VIVO-40 בהתאם להצעת המחר הרצ"ב בכמות 3 יח'.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים מיום הקליטה בפועל. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתק: ד"ר אבי עירוני