

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 19.3.2018

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתנו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 5/2018

נושא: אספקת מכשיר ספקטרופלארומטר עבור היחידה לצב"מ במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 11.4.2018 (עד השעה 12:00)

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://www.mr.gov.il/OfficesTenders>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

תשובה	פירוט השאלה	מס"ד	הסעיף המופיע במכרז
בדיקת ספקטרא של פלורסנציה 3D מחומרים בעלי פלורסנציה באופן אוטומטי לפי פרמטרים שהוגדרו מראש	מה הכוונה של : AUTOMATIC measurements of excitation-emission matrices of fluorescence ?	1	סעיף 7.א. 12
חישוב ההבדלים בפלורסנציה כפונקציה של זמן	מה הכוונה של : Intensity difference calculation ?	2	סעיף 7.א.14

שם המציע חותמת וחתימה