

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 19.3.2018

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 9/2018

נושא: אספקת מכשיר UHPLC כולל גלאי Diode Array וגלאי פלואורסנטי עבור המכון לאחסון במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 11.4.2018 (עד השעה 12:00)

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://www.mr.gov.il/OfficesTenders>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס"ד	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	1.1.5.	"צירוף אישור של צד ג' שהוא בעל הזכויות כאמור, המתיר ומאשר למציע להציע את הצעתו על כל מרכיביה" - האם ניתן לצרף אישור היצרן באנגלית?	ניתן לצרף את האישור באנגלית.
2	3.1.5	נבקש להוסיף בסוף הפסקה "והכל בכפוף לקבלת פסק דין סופי שלא עוכב ביצועו על פי החבות המוטלת על הספק על פי דין וכי הודעות דרישה ותביעה כאמור תועברנה מייד לספק ותינתן לו האפשרות להתגונן מפניהם."	מקובל חלקית: בסוף הפסקה יוסף כי "בכפוף לכך כי הודעת דרישה ותביעה כאמור תועברנה מייד לספק ותינתן לו האפשרות להתגונן מפניהם".
3	ג.6.	האם ניתן לצרף אישור היצרן בחו"ל באנגלית? כמו כן, נבקש לכתוב "מפיץ" במקום "סוכן".	ניתן לצרף אישור היצרן אנגלית. נקבל אישור היצרן המאשר כי המציע הינו המפיץ או הסוכן המוכר והמאושר של יצרן הציוד המוצע בישראל.
4	1.6 + נוסף 12	נבקש כי להחריג מאחריות פעולה ברשלנות ע"י צד שלישי ו/או עורך המכרז ו/או מי מטעמו, ו/או כתוצאה מפגיעה חיצונית בציוד ו/או כתוצאה מביצוע תיקונים או תוספות או שינויים בציוד שלא באמצעות הספק ו/או תקלות הנובעות מבעיות ברשת החשמל. במקרים כאמור הספק ייתן מענה לקריאת השירות והמזמין יישא בהוצאות (עבודה + חלפים).	מקובל חלקית: נזק בלתי סביר (אשר אינו נזק בלאי) אשר ייגרם לציוד בשל פעולה אשר נעשתה במזיד או ברשלנות מוכחת ע"י עורך המכרז או מי מטעמו יוחרג מאחריות זאת, כמו גם נזק אשר ייגרם מביצוע תיקונים או תוספות שנויים בציוד שלא באמצעות הספק ו/או תקלות הנובעות מבעיות ברשת החשמל. במקרים כאמור הספק ייתן מענה לקריאת השירות והמזמין יישא בהוצאות (עבודה + חלפים).
5	14.2	נבקש כי טרם חילוט הערבות תיתן למציע הודעה בכתב ואפשרות לתקן במהלך תקופה סבירה ולא פחות משבעה ימים עבודה.	מקובל.

סעיף 17ג למכרז מציין במפורש כי "בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה" (הדגשה שלא במקור).	נבקש להבהיר כי רק ההצעה הזוכה תיחשף.	ג.17	6
מקובל.	נבקש כי תיתן למציע הודעה מראש ובכתב ואפשרות לתקן במהלך תקופה סבירה ולא פחות משבעה ימים עבודה.	ב.24	7
מקובל חלקית: במקרה של החלפת העובד יהיה על הספק להודיע על כך מראש ובכתב למזמין. המזמין לא יסרב מטעמים בלתי סבירים. ככל והמזמין יעמוד על זכותו לסרב (מטעמים סבירים) ולא ייצא מחליף אחר עליו הצדדים מסכימים, או ככל ולאחר החלפת העובד המזמין לא יהיה שבע רצון מהעובד החדש ולא יהיה ביכולתו של הספק להחליפו, למזמין תעמוד הזכות להפסיק את ההתקשרות.	נבקש כי הסעיף יימחק היות ותקופת ההתקשרות הינה לתקופה ארוכה ובמהלך תקופה זו ייתכנו שינויים בכח אדם לרבות בשל רצון איש הצוות ולכן נראה לא סביר כי הספק יהא כפוף להסכמה מראש טרם החלפת עובד (קרי הספק אמור להודיע למזמין עוד טרם מודיע לעובד) וכי הדבר יהווה עילה להפסקת ההתקשרות. ניתן לבקש כי לאחר החלפה כאמור המציע יוכל לבקש מחליף אחר וזאת רק מטעמים סבירים.	ג.24	8
חלה טעות סופר במכרז, כוונתנו הייתה כי carryover יהיה כולל שטיפה עם ממש חיצוני.	Carryover (ללא שטיפה עם ממש חיצוני) – נבקש להוריד את ההערה בסוגריים היות ובמפרט היצרן הנתון הוא עם שטיפה.	7 – מפרט טכני 7 (ב) (2) מפרט לדוגם אוטומטי	9