


המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר





הבראות	
MRI	
7/03/18	

קדן מחקרים _____ מדינת ישראל X
(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ


שה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.



מחטי ביוססייז אילאונות ב- M.R.I



האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

פיליפס	
7199	
5128/7339	
ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/>	ספק חוץ _____
24	מזכ"ל

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

מצורף בזאת נימוק ספק יחיד ע"פ יוסי ורד- רנטגנאי ראשי

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם רעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	תאריך
------------------------	---------------------------	-------

אגף הדימות

כ"ז שבט, תשע"ז
23 פברואר, 2017

לכבוד
הגב' גלית ניב דותן
מחלקת ציוד רפואי
כאן

גב' ניב דותן הנכבדה,

הנדון : מחטי ביופסיית ערמונית ב-MRI

במכשירי ה-MRI מבצעים ביופסיות לערמונית, בהמשך לקליטתה בשיבא של ד"ר רוז אורית, אורולוגית שבצעה בחו"ל ביופסיות לערמונית בהנחיית MRI. השרות מתפתח ויש לפעולה דרישה מכל רחבי הארץ. בהנחיית ההנהלה יגדילו את מספר הפעולות וכבר תאמו לשבוע הבא שני בקרים לפעולות הללו המבוצעות בהרדמה. לאור זאת אנו צריכים להיערך על מנת שלא ניתקל בתור ארוך ללא המתכלים. לחץ הכמויות הנדרשות:

כמות	תאור המוצר	
50	DynaTRIM Needle Guide 9896-032-09111 (FCS0751)	<u>1</u>
50	Full-Auto Bx Gun18G 150mm 9896-032-02981 (FCS0756)	<u>2</u>
50	FULL-AUTO BX GUN18G 750MM 9896-032-05281	<u>3</u>

כרגע יש ציוד מתאים רק לתברת INVIVO, שנרכשה ע"י פיליפס, ומשווקת ע"י פיליפס ישראל. אין לתברת מלאי על המדף, ומייצרת על פי הזמנה, מכאן זמן אספקה ארוך. לא ידוע לנו על ספק חלופי שיכול לספק את כל הפריטים הנחוצים. ידוע לי שחברת SOMATEC מגרמניה מייצרת מחטים דומות אבל אין להם מוליד מחט. אי לכך יש לראות בחברת פיליפס ספק יחיד.

אודה על טיפולך.

בברכה,

יוסי ורד
רנטגנאי ראשי

העתקים:
פרופ' קונן
מר גיל דר
ד"ר פורטנוי
ד"ר רוז
בדר סלים