

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	סיוס
תאריך:	13/02/88

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1095077061	GIRAFFE BLUE SPOT PT ENG ISRAEL IEC PLUG
1	1095056289	INCUBATOR THERMAL REGULATION F/INFANT MEDICAL GIRAFFE OMNIBE
2	1040013567	UTILITY POST 20" X 1
6	1040010621	"UTILITY POST 3.5
5	1040010605	GIRAFFE INSTRUMENT SHELF
4	1040010597	GIRAFFE MONITOR SHELF

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכנות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י תוו"ד מצ"ב מדר' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

לבנט	שם הספק:
510021884	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
1707	מספר ספק בשיבא
_____ ספק חוץ	ספק זה הינו: <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד
	אומדן / שווי ההתקשרות: \$189,176 + מע"מ
	תקופת ההתקשרות 24 חודשים

2/..

- 2 -

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים ותכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

דר' יורם שדמי	מנהל מח' הנדסה רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



המחלקה להנדסת ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

8 בפברואר 2018  
מספרנו: יש/0058-2018  
תיק: 1-1129, 4503

לכבוד  
גבי גילי נעים  
מח' רכש

נכבדי;

הנדון: מח' פגים - חוו"ד לרכישת אינקובטור משולב סגור/פתוח

א. הצטיידות 2018  
ב. דוא"ל דר' שטראוס מיום 2.2.18

בהמשך לסימוכין א, עבור פתיחת 4 חדרי טיפול נמרץ שבמח' פגים נדרשת רכישת אינקובטור משולב פתוח/סגור בכמות של 4 יחידות. האינקובטור ישמש לצורך העברת פגים מתוך ההחייאה ליחיד טיפול נמרץ, על ידי חיבורו לעגלת שינוע מתאימה. לאחר העברת הפג נדרש להחזיר האינקובטור לחדר ההחייאה להעברה הבאה.

במחלקת פגים מצויים 19 אינקובטורים משולבים מדגם Giraffe Omni-Bed תוצרת OHMED-GE. בסימוכין ב' מבחירה ד"ר שטראוס את החשיבות שברכישת אינקובטור זהה על מנת לחסוך העברה מסוכנת של התינוק מאינקובטור אחד לאחר. באופן זה ניתן יהיה להשאיר את התינוק באותו אינקובטור ששימש להעברתו, ולהחזיר אינקובטור זהה במקומו לחדר ההחייאה עבור הטרנספורט הבא.

מדובר באינקובטור בעל שתי שיטות חימום:

- חימום בקרינה באמצעות מחמם עילי המותקן מעל מיטת התינוק בעת האינקובטור במצב פתוח.
- חימום בהולכה באמצעות מאוורר וגוף חימום בתחתית המיטה, המשמש לחימום האוויר המוזרם בתוך חלל האינקובטור.

הדגם המבוקש כולל מערכת ניטור צבעונית (מסוג Touch screen) ובקרה בשיטת SERVO באמצעות מיקרופרוטסור לפרמטרים הבאים:

- בקרת חימום בהתאם לטמפי עור התינוק ולטמפי התא.
- רמת החמצן הניתנת לתוך חלל האינקובטור.
- רמת הלחות הניתנת לתוך חלל האינקובטור.

כמו כן, המערכת כוללת משקל אינטגרלי בעריסת התינוק, יכולת שינוי גובה ומצב העריסה, משטח תינוק הניתן לסיבוב ב-360° על מנת לאפשר טיפול נוח ללא צורך בטלטול הפג, מגש צילומי רנטגן, מתקן תאורה בעל זרועה גמישה הכוללת תאורת פוטותרפיה, אמצעי אחסון ותלייה ופריטים מתכלים כגון רגשי טמפי ומדבקות להצמדתם לעור התינוק. בנוסף, הדגם מאפשר קישוריות למערכת גיליון חולה ממוחשב (קמיליון).

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

לאור בקשתה של ד"ר שטראוס לשמור על אחידות הציוד במחלקת פגים ולמען אחידות תפעול המכשור, ניתן לראות את היצרן OHMED-GE באמצעות נציגותו המקומית חברת "לבנט טכנולוגיות", ספק בלעדי לרכישה זו.

מומלץ לממש רכישת חדגם Giraffe Omni-Bed מתוצרת OHMED-GE, בהתאם להצעת מחיר הרצוי מתברת "לבנט" על כל סעיפיה (פריטים 1-21 בהצעה מס' PQ18L00146).

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה כנדרש.

יש לכלול בהזמנה התקנה מלאה הכוללת תקשורת למערכת גיליון חולה ממוחשב, בליווי נציג יחידת המחשב של ביה"ח.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתקים : ד"ר צפורה שטראוס  
ד"ר רם מזכרת