

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	אגף הדימות
תאריך:	18 פברואר 2018

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"מ מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<p><b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b></p> <p>רכישת שני סלילים לביצוע בדיקת MRI, האחד של הקרסול והשני של הברך, מתוצרת חברת סימנס ומיועדים לעבודה עם מכשיר MRI מתוצרת סימנס שיותקן בקרוב.</p>
--

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

X \_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	סימנס בע"מ
מספר הספק (ח.ח.צ.ע.מ./מספר עמותה)	82940
ספק זה הינו:	515394044
אומדן / שווי ההתקשרות:	X _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
תקופת ההתקשרות:	74,480 יורו
	94

2/..

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (כדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

3. נימוקים והערות נוספות.

היות ויותקן מכשיר MRI חדש מתוצרת סימנס יש לרכוש עבורו סלילים לביצוע הבדיקות של הברך והקרסול. לא ניתן להשתמש בסלילים מתוצרת מתחרה (כמו פיליפס או GE) היות וכל יצרן מתאים הסלילים שלו לעבודת המגנט, מבחינת תדרי עבודה ואופן יצירת התמונה, וכ"כ לכל יצרן פלג חיבור שייחודי לו ולא ניתן לקחת סליל מתוצרת יצרן אחד ולעבוד איתו במכשיר של יצרן מתחרה.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	רנטגנאי ראשי	יוסי ורד
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית