

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(הקראות)
יחידה מזמינה:	נ"ח
תאריך:	21/02/18

מדינת ישראל  \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080420	PDT SYSTEM INCLUDES LED LIGHT SOURCE SPECTRAL MODULE

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

SZDC	שם הספק:
306407453	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
95340	מספר ספק בשיבא
_____ ספק חוץ	ספק זה הינו: _____
94,000 שח' + מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

13 בפברואר 2018  
מספרנו: יש/2018-0076  
תיק: 7015-6D, 1110

לכבוד  
מר גיל דר – CTO  
מח' רכש  
כ"א 1

נכבדי,

הנדון: מט"מ – חו"ד לרכישת PDT תוצרת SZDC

דוא"ל פרופ' אורנשטיין מיום 8.2.18  
מכתב פרופ' אורנשטיין מיום 5.2.18  
דוא"ל שלך מיום 31.1.18  
דו"ח שמאי מיום 8.6.17  
מכתב דר' קוסטניץ מיום 7.8.16  
מכתב חבי SZDC מיום 4.8.16

בתכתובת שבסימוכין חובר כי נגרם נזק מוחלט למכשיר PDT דגם VarioRAY-C המשמש לטיפול בסרטן העור.  
חדגם המוצע על ידי היצרן של המערכת שניזוקה הינו VarioRay-D הכולל את המרכיב הטיפולי והמרכיב  
הדיאגנוסטי מאחר ודגם VarioRay-C ייצורו הופסק.  
יש לממש הצעת המחיר הרצי"ב במלואה.  
ניתן לראות היצרן ספק בלעדי למערכת שיוצרה בהתאם לספציפיקציות שניתנו ע"י צוות המחקר והפיתוח בראשותו  
של פרופ' אורנשטיין.  
אין יכולת לרכוש מערכת חלופית מיצרן אחר זולת יצרן המערכת שניזוקה.

בברכה,

דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: פרופ' א. אורנשטיין  
דר' ג. קוסטניץ