



המרכז הלאומי
ע"ש חיים שיבא
תל השומר



שיבא - מרכז רפואי אקדמי מצטיין

11.3.18

לכבוד

וועדת מכרזים

הנדון: מ.צ / 2011 - 597 סטים להמודיאליזה

לאחר תקופת שימוש ארוכה עם הסטים של חברי פולק, ותקופת ניסיון ארוכה עם חברי אלטק, התברר כי המחלקה אינה מעוניינת כלל בסטים של חברי פולק משום:

- א. איכות הפריטים בערכה: הכפפות נקרעות ונמצאות עם תורים, קימות גבשושיות בתוך הכפפות והן אף מדיפות ריח רע. פלסטרים מתרוממים ואינם מקבעים באופן בטיחותי את המחט, ונחשפנו למקרים של שליפות מחט שגרמו לאיבוד דם רב של מטופלים (לא בטיחותי).
 - ב. החבקים קשים לתפעול ואינם נוחים, החומר ההמוסטטי נידבק לקריש שנוצר, ובשעת הוצאתו מוציא איתו את הקריש וגורם לפרץ דם. מנגנון עצירת הדם של החבק מסכן את חיי הפיסטולה והגרפט (אקסס) משום שאין שליטה על חוק הסגירה. יש לציין שבערכה של פולק קיימת רק ערכה אחת לחיבור ולניתוק וכתוצאה מכך ישנה חשיפה, והחומר אינו סטרילי המצריך שימוש בפריטים נוספים כגון: טופרים סטרילים וחומר לעצירת דימומים כגון: גילפום (המייקר בעקיפין את מחיר הערכה, לא בא לידי ביטוי בעלות הסט).
- לאור כל האמור לגיל אנו מבקשים את אישור הועדה לקנות אך ורק מחבר אלטק את פריט 3 במכרז (הערכה+חבקים) והם הספק היחיד המתאים. נרכשו 5000 סטים מחבר אלטק לנסיון והמחלקת עדיין בעמדתה.

בברכה,

ר. ? ?

ורד שני אחות אחראית בדיאליזה