

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל-חשומר

הכריאות	

קדן מחקרים \_\_\_\_\_ מדינת ישראל  X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים,

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מס זכמת על תקנה 293 (לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2).

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
הוצ'י שבת סמס'י' CT ג'מ'3'י' GE	
EVO + REVOLUTION	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא X

סוג ההתקש יות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

ספק	אס'ן (GE)	ספק	
מספר חשבונית	1148	מספר חשבונית	
ספק יחיד	<input checked="" type="checkbox"/> X	ספק יחיד	
ספק חוץ		ספק חוץ	
אומדן עלות		אומדן עלות	
תקופת התקשורת		תקופת התקשורת	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחתי לסעיפים הבאים:

1. האנצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התנתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. מנז אי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות לחיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

רק	חיה	GE	ואחפן	הנצעה	בארץ	מסוגלת
לצורך	שיבוט	כמוצ	רק	שה	ביבול	לספק
הספק	תכנת	ויצע	לספק	סיבול	ותיקון	

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

בניהול	יבט	בניהול
ע"י מנהל המכרז	מקור בעל הסמכות המקצועית	ע"י מנהל המכרז

## אגף הדימות

כ"ח טבת, תשע"ח  
15 ינואר, 2018

לכבוד  
מר גיל דר  
מנהל רכש  
המרכז הרפואי  
כאן.

מר דר הנכבד,

### הנדון: שרות ושידרוג מכשירי CT מתוצרת GE נימוק לספק יחיד.

במבצע צוק איתן פונו הנפגעים לארבעה בתי חולים ובתוכם המרכז הרפואי כאן. עם קליטת הנפגעים נוכחנו לדעת שאיננו מתמודדים עם הדרישה לבצע CT כל גופי, דרישה שנבעה מסוגי הפציעות ופיזור הפציעות בגוף. הפתרון שנמצא היה לסובב את הפצוע באמצע הבדיקה (ראש ורגליים). למעשה בביצוע הסיבוב תרמנו מנת קרינה מיותרת לנבדק וכן במקרים בהם נעשה שימוש בחומרי הניגוד נאלצנו להזריק פעמיים.

לאור האמור לעייל הסכימה הנהלת ביה"ח לשרג מכשיר אחד מתוך הקיים בשיבא על מנת לתת מענה לדרישות. לאור מצב מערכות ה-CT בשיבא ויעודן, מצאנו שהמכשיר לשידרוג הינו המכשיר של חברת GE מדגם DISCOVERY CT750.

במרכז הרפואי שיבא מותקנים עוד שתי מערכות של CT מתוצרת GE, בסקר מנהלים (EVO) ומכון הדימות המרכזי (REVOLUTION).

יש הסכם לשרות לשבע שנים לשלוש המערכות הנייל.

מצ"ב הסכם עם חברת אלדן בע"מ, נציגת GE בישראל לציוד זה.

יש לראות במציעה, חברת GE, ספק יחיד היות ורק היא מסוגלת לבצע שידרוג כמוצע, רק לה היכולת לספק חלפים, תוכנות וידע לשרוך, טיפול ותיקון הציוד האמור מתוצרת GE.

בברכה,



יוסי ורד  
רנטגנאי ראשי

העתקים:  
פרופ' א. קונן  
מר סלים בדר