

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הרפ"א
יחידה מזמינה:	כאן יעצ"מ
תאריך:	20/02/18

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל **X**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080396	BF-XP190 BRONCHOVIDEOSCOPE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	29680 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסת ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

18 בפברואר 2018
מספרו: יש/0088-2018
תיק: 7014-2, 1130-6

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

נכבדי,

הנדון: ריאות ילדים – חו"ד לרכישת וידאברונכוסקופ
הצטיידות 2018

בשימוש פרופ' אפרתי וצוותו מערכת של וידאברונכוסקופ תוצרת OLYMPUS הכוללת פרופסור דגם CV-190 ומקור אור דגם CLV-190 המהווים את הגרסה העדכנית ביותר של היצרן.

רכישת וידאברונכוסקופ חייבת להיות מיצרן מערכת הוידאואנדוסקופ המצויה בשימוש הצוות. לא ניתן לבצע צרופים של מרכיבי מערכת וידאואנדוסקופ מיצרנים שונים, רכישת המרכיב הבסיסי של מערכת וידאואנדוסקופ מחייבת שימוש בוידאברונכוסקופ מאותו היצרן ובמקרה שלפנינו וידאברונכוסקופ.

דגם הוידאברונכוסקופ התואם לילדים הינו BF-XP190 בעל הנתונים הבאים:

שדה ראייה - 110°
עומק השדה - 2-50mm
קוטר דיסטלי - 3.1mm
קוטר החדרה - 2.8mm
קוטר תעלת עבודה - 1.2mm
כיפוף קצה הדיסטלי - מעלה 210°
מטה - 130°

הדגם מוגדר כ-Chip On The Tip דהיינו המצלמה ממוקדת בקצה הדיסטלי.

רצייב הצעת מחיר של חב' מדטכניקה אותה יש לממש.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים מיום הקליטה בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתק: פרופ' א. אפרתי