



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

28 בפברואר 2018
מספרנו: 0114-2018/ש
תיק: 8007, 1124-1

לכבוד
גברת גילי נעים
מח' רכש

כאן

הנדון: סיווג רקמות/ חוות דעת לרכישת צנטריפוגה שולחנית

דוא"ל די"ר לבנטל מיום 15.2.18
דוא"ל די"ר סבטליצקי מיום 15.2.18

1. בהתאם לסימוכין נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות של 1 יח' כתחליף למכשיר ישן בו קיים בלאי מואץ שמונע יכולת פעילות סבירה ומדויקת.

2. תכונות המכשיר הנדרשות:

- א. צנטריפוגה שולחנית.
- ב. רוטור מסוג SWING OUT.
- ג. מהירות צנטריפוגה מינימלית 15,000rpm.
- ד. תאוצה מינימלית 25,000g.
- ה. מתאים לסרכוז מבחנות 15ml, 50ml (תחתית עגולה) ו-FACS.
- ו. מכסה Bio-hazard אחיד לרוטור – בשל נפח העבודה הגדול ונהלי הבטיחות הנדרשים, עבודה עם מכסה מפוצל (ארבעה מכסים עבור ארבעה סלים) היא מסורבלת ולא בטיחותית.
- ז. זינה חשמלית חד-פאזית – 230V/50Hz.

3. מצורפת הצעת חברת לבנט 49622 לדגם Megafuge 16 תוצרת Thermo Scientific- Hereaus.

4. לא ידוע על חברות נוספות המציעות רוטור בעל מכסה Bio-hazard אחיד. מכיוון ומדובר בתנאי הכרחי, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

הבהרה: הדגם המומלץ מחליף את הדגם הישן הבלוי Megafuge 1.0.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: ד"ר רוני לבנטל
ד"ר נינה סבטליצקי