

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הכרטיאור	משרד:
מכונ היזר-	יחידה מזמינה:
04/05/18	תאריך:

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095080677	MAJ-1720 PROBE DRIVE UNIT
1	1095080669	UM-S20-17S EBUS MINI PROBE
4	1040013799	MAJ-1663 EUS ARM MOUNT KIT
3	1040013781	MAJ-683 EUS DRIVING UNIT SUPPORTING ARM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

11 בפברואר 2018
מספרנו: יש/2018-0066
תיק: 6-1130, 7014

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

נכבדי,

הנדון: מכון ריאות –

חוו"ד לרכישת פרוב למע' EBUS תוצרת OLYMPUS

הצטיידות 2018

במכון ריאות מצוי בשימוש אולטראסאונד תוצרת OLYMPUS דגם EBUS מיום 25.7.17 הכולל וידאוברונכוסקופ דגם BF-UC180F בעל הנתונים הבאים:

קוטר דיסטלי – 6.9 מ"מ

קוטר תעלת עבודה – 2.2 מ"מ

לקוטר הדיסטלי מגבלה לחזירה לדרכי הנשימה הפריפריאליים. על מנת לאפשר אבחנה בזמן אמיתי של שינויים בפריפריה הריאתית תוך לקיחת ביופסיה, נדרש אמצעי נוסף בעל קוטר דיסטלי קטן מחמצוי בפועל.

ליצרן OLYMPUS קיים פרוב דגם UM-S20-17S שחינו פרוב רדיאלי בעל קוטר דיסטלי של 1.8 מ"מ ואורך של 2150 מ"מ.

פרוב זה מותדר באמצעות תעלת עבודה של וידאוברונכוסקופ המצוי בשימוש (והכוללת תעלת עבודה בקוטר 2.2 מ"מ), כאשר הקצה הדיסטלי (העובד) מסתובב ושולח גלי אולטראסאונד לצורך מיפוי. תדר שידור גלי האולטראסאונד 20MHz.

הנעת הפרוב (קצה דיסטלי) מבוצעת באמצעות יח' הנעה (Driving Unit) דגם MAJ-1720 אשר מחוברת לפרוססור מדגם EU-ME2 של אולטראסאונד EBUS המצויים בשימוש במכון ריאות (וכלולים במערכת ה-EBUS).

מדובר בתוספת למערכת אולטראסאונד הקיימת כאמור בשימוש במכון.

יש לממש הצעת מחיר חבי' מדטכניקה הרצי"ב על כל סעיפיה כאשר:

פריט 1 – הינו הפרוב המתואר לעיל.

פריט 2 – הינו יח' ההנעה כמתואר לעיל.

פריט 3+4 – מכלל זרוע לחיבור יח' ההנעה של ה-BOOM שבמכון ריאות.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

מאחר ומדובר בתוספת ייחודית וייעודית של חבי OLYMPUS למעי אולטראסאונד ייעודי וייחודי מתוצרתה, יש לראות ביצרן ובנציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשמע מכך.

למען חסר ספק, לא ניתן לרכוש את הפרוב של מעי EBUS שלא אך ורק מיצרן המערכת חבי OLYMPUS.

ההזמנה תכלול ספרות הפעלה ושרות ותקופת אחריות של לפחות 24 חודשים לכל מכללי המערכת, קרי – פרוב, יחי הנעה וזרוע.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתק: ד"ר ט. שולימזון