

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכר. א. א.
יחידה מוזמינה:	המחלקה לרפואת ילדים
תאריך:	28/03/18

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
7	1098705247	'STANDARD WALL CHANNEL 19
6	1096100888	ARM SUPPORT KIT M-SERIES MP20/30MP40/50 GCXAG-0018-21
11	1096082797	ADD INVAS PRES/TEMP COMB
5	1096082797	ADD INVAS PRES/TEMP COMB
3	1096082797	ADD INVAS PRES/TEMP COMB
9	1095076774	INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR
1	1095073961	INTELIVUE MX700 PATIENT MONITOR
4	1095056602	CO2 MEASUREMENT MODULE-M3015A
10	1095056032	MULTI MEASUREMENT SERVER-MODULE M3001A
2	1095056032	MULTI MEASUREMENT SERVER-MODULE M3001A
13	1040013773	אופציה HL7 בתחנת אחות
8	1040013468	CM UTILITY BASKET M SERIES OR VHM ARM8.9
14	1008889016	חלפים ותיקונים - בדולר
12	1007779010	חלפים ותיקונים - בש"ח

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי



לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך  
החלקשרות בהליך פטור ממכרז.

תוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל מח' הנדסה רפואית	דר' יורם שדמי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

26 במרץ 2018  
מספרנו: יש/2018-0156  
תיק: 9-1120, 5010

לכבוד  
גבי גילי נעים  
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: המטואונקולוגיה מבוגרים -

חוז"ד לרכישת BEDSIDE MONITOR תוצרת PHILIPS

דוא"ל גבי רחמיטוב מיום 27.3.18

במחלקה להמטואונקולוגיה מבוגרים מעי ניטור מרכזית מודולרית הכוללת:

X4 מוניטורים מסוג BEDSIDE דגם MX700 תוצרת PHILIPS.

X4 מודולים הכוללים את פרמטרי הניטור ECG, HR, NIBP, SPO2, ETCO2, TEMP עבור כל מוניטור.

X1 תחנה מרכזית (CENTRAL STATION) דגם M3150B-A04 הכוללת 8 רשיונות.

בחמשך לסימוכין נדרשת הרחבת מעי הניטור ב-4 מוניטורים מסוג BEDSIDE נוספים וכן 2 יח' של מוניטור נייד התואם למעי הניטור.

מאחר וקיימת מערכת ניטור מחוייב לרכוש את המוניטורים מסוג BEDSIDE ומסוג TRANSPORT כך שיתאימו לקיים בפועל על מנת שניתן יהיה לחברם לתחנה המרכזית.

מימוש הרכישה יהיה כדלקמן:

BEDSIDE MONITOR בכמות 4 יח' בהתאם להצעה 182502341 על כל סעיפיה

TRANSPORT MONITOR בכמות 2 יח' בהתאם להצעה 182502587 פריטים 9-1 בלבד (אין צורך בפריטים 12-10).

שידרוג התחנה המרכזית לצורך קישוריות לקמיליון בהתאם להצעה 95182502477 WIN 7-5.

רשיון עבור HL7 הצעה 182502589 על כל סעיפיה.

מאחר ומדובר בתוספת למערכת קיימת, מחוייב לרכוש התוספות מיצרן המערכת, דהיינו מחבי פיליפס אותה ניתן להגדיר ספק בלעדי לרכישה זו באמצעות הסוכן המקומי חבי מדטכניקה על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים מיום הקליטה בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעות מחיר  
העתק: גבי אורנה רחמיטוב