

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכר אף
יחידה מזמינה:	סכס (כ"ס)
תאריך:	28/03/18

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080602	MINISEQ PERSONAL SEQUENCING SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא _____
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	דניאל ביוטק
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512664814
מספר ספק בשיבא	3973
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 72,904 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	8000122408	MINISEQ HIGH OUTPUT KIT 300CYCLE
2	8000103697	PHIX CONTROL KIT V3

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

דניאל ביוטק	שם הספק:
512664814	מספר ת.פ. / ח.צ. / עמותה
3973	מספר ספק בשיבא
_____ ספק חוץ	ספק זה הינו: _____ √ ספק יחיד
\$ 4144 + מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:



המחלקה להנדסת ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

22 בפברואר 2018
מספרנו: יש/0103-2018
תיק: 6514, 1225-1

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

הנדון: בינוי 2017 / מעבדת טרשת נפוצה –

חוז"ד לרכישת Sequencing System

בינוי 2017 – טרשת נפוצה

דוא"ל דר' גורביץ מיכאל

1. בחמשך לסימוכין, יש לרכוש המכשיר הנייל בכמות של 1 יח.
 2. דרישות המערכת:
 - RNA & DNA Sequencing
 - Tumor profiling
 - Quality score >Q30
 3. מצורפות הצעת מחיר מספר SHE-018 של חברת דניאל ביוטק לדגם MiniSeq תוצרת Illumina. יש לממש החצעה במלואה מלבד פריט TOP V1.5 מאחר ואין צורך במערכת UPS.
 4. מבדיקת המשתמש עולה כי אין דגמים נוספים העונים לדרישות. בנוסף, מערכת זו הינה היחידה שלא דורשת תשתיות ואספקת גזים בנוסף על הקיים. ראה מכתבו של דר' גורביץ. בהתאם לאמור ולאור העובדה כי זו המערכת המקובלת כיום במעבדות בעולם ליישום טכנולוגיות Sequencing, יש לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.
- מחייבט אבטחת מידע מדובר במערכת שתופעל STAND ALONE ולפיכך אין בעיה מנקודת מבט של מערכות מידע (דוא"ל מיום 21-22/2/18).
- יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
- יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים (ולא כמופיע בהצעה) החל מיום הקליטה והשימוש בפועל, תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים או בדיקות תקופתיות בהתאם לדרישות יצרן.

בברכה

דר' יורם שדמי
מנחל המחלקה להנדסת רפואית

לוט: סימוכין + הצעה

העתקים: פרופ' ענת אחרון
דר' מיכאל גורביץ'
גבי פולינה סוניס