

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

החומר	משרד:
ליחות סב	יחידה מזמינה:
28/03/18	תאריך:

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080644	S5 MAST ROLLER PUMP 150 COMPLETE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מד"י שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

בפקס	שם הספק:
510512841	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
1290	מספר ספק בשיבא
_____	ספק זה הינו: <input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
\$ 58,944 + מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
24 חודשים	תקופת ההתקשרות:



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1 בפברואר 2018
מספרנו: יש/2018-0039
תיק: 1015, 1111-9

לכבוד
גבי גילי נעים
כאן

נכבדתי,

הנדון: ניתוחי לב – תוו"ד לשידרוג ראש מכונת לב-ריאה

הצטיידות 2018

1. בהמשך לסימוכין נדרש לשדרג זוג ראשי מכונות לב-ריאה דגם S5 על מנת לאפשר:
 - א. יעילות בפעולת המשאבה הארטריאלית הראשית במערכת לב-ריאה (ע"י קיצור הצנרת בין המשאבה למטופל).
 - ב. שינוי במיקום ראש המשאבה במערכת על מנת לאפשר אספקת דם תקינה עם פגיעה מינימלית במרכיבי הדם.
2. מדובר במשאבת לב-ריאה מתוצרת חברת SORIN GROUP המצויה בשימוש בפועל בחדרי ניתוח לב. למען חסר ספק לא ניתן לבצע את הנדרש מיצרן חלופי זולת יצרן מערכת לב-ריאה, קרי – חברת SORIN GROUP על כל המשתמע מכך. יש לממש הצעת המחיר הרציב. תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים לשני ראשי המשאבות הנרכשים.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: פרופ' א. רענני
מר י. שורץ