

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	(מ/א) א.ע. קליני יסדים
תאריך:	28/03/18

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095073342	BENEVIEW T8 MAIN UNIT
2	1095070447	MPM8 : NIBP+TEMP+MASIMO SPO2
3	1008889016	חלפים ותיקונים - בדולר

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	_____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד _____ ספק חוץ



המחלקה להנדסת ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1 בפברואר 2018
מספרנו: יש/2018-0035
תיק: 9-1120, 3006

לכבוד
גבי גילי נעים
כ.א.ן

נכבדתי,

הנדון: בי"ח לילדים/המטואונקולוגיה ילדים –
BEDSIDE MONITOR לרכישת

תוכנית הצטיידות 2018

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש BEDSIDE MONITOR בכמות 5 יח' על מנת לאפשר ניטור 5 מיטות של מטופלים חולי סרטן בהמטואונקולוגיה ילדים.
 2. מערכת הניטור המצויה במחלקה הינה מתוצרת חבי' MINDRAY, כאשר ה-BEDSIDE MONITOR הינו זגם T8 המחובר לתחנה מרכזית זגם HY PERVISION IV.
- הרחבת כמות המוניטורים חייבת להיות מיצרן מערכת הניטור הקיימת על מנת לאפשר אינטגרציה מלאה עם התחנה המרכזית ועל מנת לשמור על אחידות האביזרים הנלווים וההפעלה (כוללת סטורציה בטכנולוגיית MASIMO).
- רצ"ב הצעת חבי' בפקס לרכישת כמות המוניטורים הנדרשת, כאשר מהטעמים המפורטים לעיל ניתן לראות את היצרן MINDRAY ונציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישת.
- על מנת לחסיר ספק, לא ניתן לממש הנדרש מיצרן חלופי זולת חבי' MINDRAY.
- החזמנה תכלול תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד מיום ההתקנה בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה לחדשה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתק: ד"ר איתי פסח