

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	ה כרמלית
יחידה מזמינה:	ד.ג. גרמני
תאריך:	14/03/18

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095015046	DERMATOME PADG. "B" ELECTRIC

תיאור מותג ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	צמל B2
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	513519991
מספר ספק בשיבא	23164
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	14,235 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי הממשלתי ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסת ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

5 בפברואר 2018
מספרנו: יש/2018-0052
תיק: 1001, 1147

לכבוד
גב' גילי נעים
כאן

נכבדתי,

הנדון: חדר ניתוח מרכזי –

חוו"ד לרכישת מכשיר לקילוף עור תוצרת PADGETT

3 מכשירים שבנדון, דגם B, (מסי סידורי 2-8667, 2-11443, 2-11551) נשלחו לתיקון עקב אי דיוק בפעילות המכשור.
חבי צמל יעקובסון הבהירה כי לאתר בדיקתה אין כדאיות כלכלית לתיקון המכשור לפיכך המכשור יושבת.
החברה מציעה רכישת מכשירים חדשים בעסקת TRADE-IN אותה מומלץ לממש.
בשימוש חדר ניתוח מרכזי מכשירים נוספים מדגם זהה ועל מנת לשמור על אחידות ואפשרות שימוש באביזרים, ניתן לראות חבי צמל יעקובסון ספק יחיד לרכישה זו.
מימוש הרכישה יהיה בחתום לתוכנית ההצטיידות 2018 סעיף השבתות.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר