



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

12 באפריל 2018
מספרנו: יש/2018-0162
תיק: 1-1208A, 30004503

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מח' פגים ויונקים -
חו"ד לרכישת משקל אלקטרוני לתינוקות.
דוא"ל מיום 12.4.18

בהתאם לסימוכין, נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות של 2 יח'.

להן התכנות הנדרשות מהמשקל:

- כושר שקילה של 15 ק"ג ודיוק של ± 5 גר'.
- משטח עריסה מפרספקט הכולל 4 דפנות בטיחות למניעת נפילת התינוק ומד אורך.
- תוכנה המבטלת תנועות גוף – נועלת את תצוגת המשקל גם כאשר התינוק נע בעת השקילה.
- אי-מחיקת תצוגה לאחר הורדת התינוק מהמשקל עד לאיפוס המאזניים.
- אפשרות הפעלה באמצעות סוללה פנימית נטענת.
- עגלה נשיאה ייעודית למאזניים לניוד בטוח ונוח.

מכשור השקילה לתינוקות המצוי בשימוש במחלקות ביה"ח, ביניהן מחלקות יונקים ופגים, הינו מדגם "ניצן" המיוצר ע"י חברת "שקל". דגם זה נבדק וקיבל אישור תקינות מהיחידה למניעת זיהומים, בהתאם למקובל במרכז הרפואי.

בהמשך לסימוכין ב', הובחר ע"י חברת "יוגל" כי אין באפשרותה להביא לבדיקה את הדגמים המוצעים על ידה מתוצרת DETECTO. אי לכך נפסלה הצעתה על הסף.

לאור הנ"ל, יש לראות בחברת "שקל" ספק יחיד לרכישה זו ולממשה בהתאם להצעת מחיר מס' אז/16635 בכמות של 2 יח'.

הבהרה: כל מח' פגים מצויידת בדגם זה כולל העגלה המותאמת למרווח בין האינקובטורים.

יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים). תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם לחוראות היצרן.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתק: ד"ר ציפי שטראוס
גב' מירב וידאל