

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכרזות
יחידה מזמינה:	אגף רפואה
תאריך:	16/04/18

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080743	מזרק אוטומטי דו ראשי דגם 7 NEMOTO SONIC SHOT למע' MRI
2	1040013849	מתלה תקרה למזרק אוטומטי

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מסלים בדר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	גיל אי
מספר ח.מ. / ח.צ. / עמותה	512686460
מספר ספק בשיבא	4039
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	156,500 שח' + מע"מ

אגף הדימות

ל' ניסן, תשע"ח
15 אפריל, 2018

לכבוד
הגב' גילי נעים
המרכז הרפואי
כאן.

גב' נעים הנכבדה,

הנדון: מזרק אוטומטי תלוי, דו-ראשי מתוצרת נמוטו ל-MRI.

ליחידה לתהודה מגנטית באגף הדימות, נרכש מכשיר חדש מתוצרת חברת סימנס מדגם פריזמה 3.0T. חברת סימנס ניסתה לספק עם המכשיר מזרק מתוצרת גרמנית מהחברת ULRICH, שביניהן הסכם שיתוף פעולה, וסימנס משווקת המזרקים הללו בעולם. ניסינו המזרק ונכשל פעמיים בתפעול, כולל עם מהנדס שרות של היצרן הגרמני. לאור האמור לעייל ולאור הצרכים סקרנו את המצאי המתאים בשוק. אנו מבקשים לרכוש מזרק מתוצרת נמוטו מהנימוקים הבאים:

1. מדובר במזרק שנצבר בו ניסיון רב בביה"ח. מזרק כזה מותקן בשיבא באתרים הבאים: מכשירי MRI: ברנטגן, במט"מ ובשד, במכשירי CT ברנטגן מרכזי (שניים) במיון ובמכון הלב, בנוסף גם ב-SPECT-CT ברפואה גרעינית, ובסימולטור ברדיותרפיה. (לציין שיש גם 3 מזרקים מתוצרת מדרד (פיליפס), לדעת הצוות התפעול פחות נוח)
2. אחידות: מפשטת את תהליך ההכשרה וההפעלה ע"י הרנטגנאים, שמתנידים בהפעלת המכשירים באתרים השונים (ראה בסעיף 1).
3. אחידות: מקלה על נושא רכש הבוכנות ושאר המתכלים למזרקים, ורכישה מרוכזת מוזילה המחירים.
4. זה התוצרת היחידה הידועה שתולה את המזרק מהתקרה. איננו מכירים ספק חלופי שיכול לתלות המזרק מהתקרה. חשוב לציין שמזרק תלוי מאפשר תפעול נקי יותר, שמירת ניקיון ומניעת זיהומים טובה בהרבה.

חברת GE העולמית מפיצה בלעדית את מזרקי NEMOTO. משום כך גם חסיניף בישראל מפיץ מזרקים אלה והוא נציגתה הבלעדי בישראל. מדובר בציד ברמה הגבוהה ביותר, נח מאוד לעבודה ולכן מזרקים מסוג זה הותקנו גם במכשירים שאינם מתוצרת GE. לסיכום, לאור האמור לעייל יש לראות המציעה, חברת GE ספק יחיד.

אודה על טיפולך.

בברכה,

סלים בדר
ס. רנטגנאי ראשי.