

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הסניף
יחידה מזמינה:	ג'יה"כ ספ"ב
תאריך:	24.04/18

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059168	PUMP SYRINGE-ASENA GH IV80023UN01-G
2	1095057915	+ PUMP VOLUMETRIC INFUSION-ASENA GP

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
	עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

דובר	510658404	1399	_____	_____	_____
שם הספק:	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	מספר ספק בשיבא	ספק זה הינו:	אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 420,000 + מע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	מספר ספק בשיבא	ספק זה הינו:	אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 420,000 + מע"מ	
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	מספר ספק בשיבא	ספק זה הינו:	אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 420,000 + מע"מ	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

23 באפריל 2018
מספרנו: יש/0177-2018
תיק: 1111.

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: ביח"ה כללי/הצטיידות 2018 – חו"ד לרכישת מכשור עירוני
דוא"ל מיום 23.4.18

1. בהמשך לסימוכין נדרשה רכישת מכשור עירוני כדלקמן:
 - א. משאבות עירוני מסוג מזרק
 - ב. משאבות עירוני נפחיות
 2. משאבות העירוני הנפחיות הנפוצות ביותר בבית החולים הן מדגם GP/GP PLUS תוצרת ALARIS. דגם זה נמצא בשימוש נרחב בבית החולים בכמות של כ-400 יחידות.
 3. משאבות העירוני מסוג מזרק הנפוצות ביותר בבית החולים הן מדגם GH GR PLUS תוצרת ALARIS. דגם זה נמצא בשימוש נרחב בבית החולים בכמות של כ-400 יחידות.
 4. הדגמים GP PLUS ו-GH GR PLUS נותנים מענה לדרישות העירוני הן מצד ניהול סיכונים והן מצד הנהלת הסייעוד. בנוסף, צוותי בית החולים עוברים באופן רציף הדרכות נרחבות במטרה לייצר שימוש נכון ובטיחות בכל בית החולים ללא תלות במחלקה הספציפית או המשתמש הנקודתי.
 4. בכדי לשמור על אחידות ציוד מטעמי בטיחות חולה ועל מנת לאפשר המשך עבודה סדירה במחלקות השונות, יש לרכוש את הכמות המלאה הנדרשת של משאבות מזרק מדגם ASENSA GH GR PLUS ושל משאבות נפח מדגם ASENSA GP PLUS תוצרת ALARIS המיוצגת באמצעות חברי דובר.
- יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום החתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים). תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בחתום להוראות היצרן.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

הענק: גבי אורנה רחמינוב