

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(קבר-10)
יחידה מזמינה:	1/1 א/1/1 א/1/1
תאריך:	23/05/18

מדינת ישראל X
 קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080768	FLEX SCOPE CCD + CMOS

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אינפראמד
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514554179
מספר ספק בשיבא	49380
ספק זה הינו:	_____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד _____ <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	16,264 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

12 בפברואר 2018
מספרנו: יש/2018-0073
תיק: 1130-6, 1007

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

ונכבדתי,

הנדון: מח' א.א.ג. – חו"ד לרכישת אנדוסקופ פיבראופטי

א. מכרז מצ/11799616
ב. מכתב פרופ' וולף מיום 11.2.18

1. סימוכין אי בוטל עקב חוסר מענה שני חמציעים לדרישות המקצועיות של המכרז.
המכרז כלל מכשיר נייד (ללא תעלת עבודה) בכמות 1 יח' ומכשיר פיבראופטי בכמות 2 יח'.
 2. בסימוכין ב' המשותף לח"מ ולפרופ' וולף הובהר כי על מנת לתת מענה מידי לאנדוסקופים במחלקת א.א.ג.
הסובלת מחוסר משמעותי, הומלץ כדלקמן:
א. עבור מכשיר פיבראופטי בכמות 2 יח' – תמומש הרחבת מכרז מס' 11799615 לרכישת זוגם A41-5.2
מתוצרת חבי MDH, באמצעות חבי אינפראמד, אשר הוגש ונמצא תואם את הדרישות.
ב. עבור מכשיר נייד בכמות 1 יח' – רצ"ב הצעת מחיר של חבי אינפראמד לדגם A30-2.8 חתואם את הנדרש
(ללא תעלת עבודה) בו הקוטר הדיסטלי הינו 2.8 מ"מ, אורך 365 מ"מ כולל מסך מגע בגודל 4.3" שטוח
וסוללת ליתיום נטענת 3.7V.
- הדגם המוצע תואם את הנדרש ע"י פרופ' וולף ומאפשר את מימוש סעיף 3 שבסימוכין ב', ממנו ניתן להגדיר את
חבי MDH, באמצעות חבי אינפראמד ספק בלעדי לרכישה זו.
מקור תקציבי לרכישה – תקציב מכרז מצ/11799616.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין ב'+ הצעת מחיר

העתק: פרופ' מ. וולף