

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	ה. ג. ט. א. ו. -
יחידה מזמינה:	0115 ק"א -
תאריך:	13/02/18

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080313	AB 3500XL GENETIC ANALYZER HID / PC
8	1040013559	DS-36 (J6) MATRIX STANDARD
7	1040013542	GENESCAN 600 LIZ DYE SIZE STANDARD V2.0/800 RXN
6	1040013534	KIT GENETIC ANALYSIS COMPUTER SYSTEM / PC
5	1040013526	VERIFILER EXPRESS PCR AMPLIFICATION KIT / 200 REACTIONS
4	1040013518	XL HID & SEQUENCING INST KIT / PC3500
3	1040013500	SW-GENEMAPPER ID-X FULL V1.5
2	1040013492	SW,SS & SEQA / PC

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם בעל הסמכות המקצועית

תפקיד בעל הסמכות המקצועית

חתימה



המחלקה להנדסת ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

8 בפברואר 2018
מספר: יש/0059-2018
תיק: 1-1225, 8007

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

נכבדי,

הנדון: סיווג רקמות – חו"ד לרכישת אנלייזר גנטי

א. הצטיידות 2018
ב. מכתב דרי' גושטיין מיום 13.10.16

1. בסיווג רקמות מצוי אנלייזר גנטי דגם 3130XL תוצרת ABI בעל 16 קפילרות שהינו המכשיר העיקרי במעבדה. בהתאם להודעת נציגות היצרן בארץ חבי רניוס מיום 21.9.16, יוכרז דגם זה כ-**END OF LIFE** מסוף שנת 2018, משמעות ההתראה כי יש להיערך כבר עתה לחלופה על מנת לאפשר רציפות בפעילות המעבדה הכוללת:
 - קביעת גדלי רצפים בבדיקות אבהות
 - קביעת רצף בסיסים לטובת השתלות מח עצם.
2. בסימוכין מבהירה דרי' גוטשטיין הנימוקים לראות בחבי ABI ספק בלעדי ולכן יש להיערך בחקדם, כאשר הדגש הינו שמירה על אחידות היצרן – נימוקים קבילים ומקובלים. דרי' לבנטל הבהיר כי נימוקיה של דרי' גוטשטיין תואמים לחלוטין עם דרישותיו. להדגיש כי יש חשיבות רבה באחידות המכשור עקב יכולת גיבוי בין המכון הגנטי, המכון ההמטולוגי וסיווג רקמות.

הבהרה:

מצב דומה למתואר עתה התרחש בשנת 2012 במכון ההמטולוגי, מצב שהייב החלפת הקיים במכשיר חלופי. שוב עקב הצורך על שמירת אחידות המכשור נרכש דגם 3500XL אשר נקלט בפועל ביום 23.7.12 (מסי סדי 24337-60).



המחלקה להנדסה רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

3. רצ"ב הצעת מחיר 274134 מיום 7.2.18 של חברי רניום אותה מומלץ לממש על כל סעיפיה (נדרשות 3 התוכנות).

ההצעה כוללת:

- מעי ריצוף קפילרי עם 24 קפילורת (פריט 1 בהצעה)
- תוכנות לזיהוי על בסיס Mitochondria DNA (פריט 2 בהצעה)
- תוכנה לעיבוד נתונים ל-STR (פריט 3 בהצעה)
- קיט לחתקנה ולכיול (פריט 4 בהצעה)
- ערכה לזיהוי הומני (פריט 5 בהצעה)
- מחשב ייעודי עם מעי הפעלה WIN-7 (פריט 6 בהצעה)
- סמן גודל (פריט 7 בהצעה)
- חומר כיול (פריט 8 בהצעה)

מומלץ לממש רכישת הדגם החלופי מחבי ABI בהתאם לבקשת דרי לבנטל כאשר ניתן לראות, לנוכח הדרישה הלגיטימית של סיווג רקמות, את חברי ABI ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמש מכך.

החזמנה תכלול תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים המגובה ע"י היצרן. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

מומלץ לסכם על עלות חוזה שרות עתידי לשיקול ביח"ח.

תקופת האחריות כולח תכסה את הלייזר וכך גם בעת חוזה שרות אם וכאשר יוחלט על הסדרתו.
ב ב ר כ ה,

דרי יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: דרי רוני לבנטל