

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	סיוס
תאריך:	13/02/88

קוֹן מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1095077061	GIRAFFE BLUE SPOT PT ENG ISRAEL IEC PLUG
1	1095056289	INCUBATOR THERMAL REGULATION F/INFANT MEDICAL GIRAFFE OMNIBE
2	1040013567	UTILITY POST 20" X 1
6	1040010621	"UTILITY POST 3.5
5	1040010605	GIRAFFE INSTRUMENT SHELF
4	1040010597	GIRAFFE MONITOR SHELF

אור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י תו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

8 בפברואר 2018
מספרנו: יש/2018-0058
תיק: 1-1129, 4503

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

נכבדי,

הנדון: מח' פגים - חו"ד לרכישת אינקובטור משולב סגור/פתוח

א. הצטיידות 2018
ב. דוא"ל דר' שטראוס מיום 2.2.18

בהמשך לסימוכין א', עבור פתיחת 4 חדרי טיפול נמרץ שבמח' פגים נדרשת רכישת אינקובטור משולב פתוח/סגור בכמות של 4 יח'. האינקובטור ישמש לצורך העברת פגים מחדר ההחייאה ליח' טיפול נמרץ, על ידי חיבורו לעגלת שינוע מתאימה. לאחר העברת הפג נדרש להחזיר האינקובטור לחדר ההחייאה להעברה הבאה.

במחלקת פגים מצויים 19 אינקובטורים משולבים מדגם Giraffe Omni-Bed תוצרת OHMED-GE. בסימוכין ב' מבחירה ד"ר שטראוס את החשיבות שברכישת אינקובטור זהה על מנת לחסוך העברה מסוכנת של התינוק מאינקובטור אחד לאחר. באופן זה ניתן יהיה להשאיר את התינוק באותו אינקובטור ששימש להעברתו, ולהחזיר אינקובטור זהה במקומו לחדר ההחייאה עבור הטרנספורט הבא.

מדובר באינקובטור בעל שתי שיטות חימום:

- חימום בקרינה באמצעות מחמם עילי המותקן מעל מיטת התינוק בעת האינקובטור במצב פתוח.
- חימום בחולכה באמצעות מאוורר וגוף חימום בתחתית המיטה, המשמש לחימום האוויר המוזרם בתוך חלל האינקובטור.

הדגם המבוקש כולל מערכת ניטור צבעונית (מסוג Touch screen) ובקרה בשיטת SERVO באמצעות מיקרופרוססור לפרמטרים הבאים:

- בקרת חימום בחתום לטמפ' עור התינוק ולטמפ' התא.
- רמת החמצן הניתנת לתוך חלל האינקובטור.
- רמת הלחות הניתנת לתוך חלל האינקובטור.

כמו כן, חמערכת כוללת משקל אינטגרלי בעריסת התינוק, יכולת שינוי גובה ומצב העריסה, משטח תינוק הניתן לסיבוב ב-360° על מנת לאפשר טיפול נוח ללא צורך בטלטול הפג, מגש צילומי רנטגן, מתקן תאורה בעל זרועה גמישה הכוללת תאורת פוטותרפיה, אמצעי אחסון ותלייה ופריטים מתכלים כגון רגשי טמפ' ומדבקות להצמדתם לעור התינוק. בנוסף, הדגם מאפשר קישוריות למערכת גיליון חולה ממוחשב (קמיליון).



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

לאור בקשתה של ד"ר שטראוס לשמור על אחידות הציוד במחלקת פגים ולמען אחידות תפעול המכשור, ניתן לראות את היצרן OHMED-GE באמצעות נציגותו המקומית חברת "לבנט טכנולוגיות", ספק בלעדי לרכישה זו.

מומלץ לממש רכישת הדגם Giraffe Omni-Bed מתוצרת OHMED-GE, בהתאם לחצעת מחיר הרצוי"ב מחברת "לבנט" על כל סעיפיה (פריטים 1-21 בהצעה מס' PQ18L00146).

יש לכלול בחזמנה ספרי שרות והפעלה כנדרש.

יש לכלול בחזמנה התקנה מלאה הכוללת תקשורת למערכת גיליון חולה ממוחשב, בליווי נציג יחידת המחשב של ביה"ח.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתקים : ד"ר צפורה שטראוס
ד"ר רם מזכרת