

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד: (הרפואה)
יחידה מזמינה: (מסר 3-14)
תאריך: 20/02/18

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
8	1040013690	UPGR TO 4D-TRAK XD
7	1040013682	UPGR TO MDIXON XD FFE MStation
6	1040013674	D VANE XD3
5	1040013666	UPGR TO CARDIAC QUANT
4	1040013658	D NERVEVIEW3
3	1040013641	UPG TO 3D ASL NEURO SPECIALIST
2	1040013633	BLACK BLOOD IMAGING
1	1040013625	OPTIONS FOR R5 DSTREAM- MR PROCESS 781372

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י תו"ד מצ"ב מיוסי ורד

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	פיליפס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512817339
מספר ספק בשיבא	7199
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 200,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מצ"ב מינסי ורד

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקותי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בחליף פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

יוסי ורד	רנגנאי ראשי
----------	-------------

שם בעל הסמכות המקצועית

תפקיד בעל הסמכות המקצועית

חתימה

אגף הדימות

ד' אדר, תשע"ח
19 פברואר, 2018

לכבוד
הגב' גילי נעים
המרכז הרפואי
כאן.

גב' נעים הנכבדה,

הנדון: שדרוג מכשירי MRI מתוצרת חברת PHILIPS.

על מנת לשמור על רמת ביצוע גבוהה החליטה הנהלת המרכז הרפואי לשדרג את שני מכשירי ה-MRI מתוצרת חברת פיליפס המותקנים במכון הרנטגן המרכזי של אגף הדימות. מדוברת על שני מכשירים מדגם Ingenia 3.0T שהותקנו האחד ב-2015 והשני ב-2016. השדרוג יכלול התקנת תוכנת DDAS במכשיר הישן יותר, המאפשרת ביצוע בדיקות עתירות מידע (של אלפי חתכים) ללא איבוד זמן ביצוע ע"ח זמן עיבוד המידע. השדרוג יכלול פתיחת רישיונות לשני המכשירים לתוכנות ייחודיות שתוקף הפעלתם הסתיים וכוללות את הרשימה הבאה:

1. 2 MR Process
2. 2 Black Blood imaging
3. 2 Upg to 3D ASL Neuro Specialist
4. 2 3D NerveVIEW
5. 2 Upgr to Cardiac Quant
6. 2 3D Vane XD
7. 2 Upgr to mDIXON XD FFE MStation
8. 2 Upgr to 4D-TRAK XD

פתיחת חרישיונות הני"ל יאפשרו להמשיך לבצע בדיקות MRI ברמת ביצוע גבוהה תוך התמקדות בתחומים שמכון ה-MRI בשיבא התמחה בהם כמו: בדיקות לב, כלי דם, בדיקות נוירולוגיות ובדיקות העצבים ע"י הדגמתם, בדיקות תלת ממד ללא עצירת נשימה. יש לראות בחברת פיליפס ספק יחד לצורך השדרוג שתואר לעייל, היות והיא יצרנית המכשירים, ורק לה חידע ופתוח התוכנות המתאימות למכשירים הללו. אינני מכיר ספק אחר שיש לו תוכנות מתאימות למכשירים אלה.

בברכה,



יוסי ורד
רנטגנאי ראשי

העתק:
גיל דר
בדר סלים