

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	ניתוח לב
תאריך:	26/04/18

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059077	AUTOCAT2 IABP SYS W/AUTO

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	אמי טכנולוגיות
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה:	511283194
מספר ספק בשיבא:	1012
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 156,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות:	24 חודשים





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

24 באפריל 2018  
מספרנו: יש/2018-0184  
תיק: 1111-11, 1009

לכבוד  
מר גיל דר – CTO  
מח' רכש  
כ.א.ן  
נכבדי,

הנדון: ט.ג. ניתוחי לב – חו"ד לרכישת בלוו תוך ויתני IABP

דוא"ל מיום 16.4.18  
דוא"ל מיום 24.4.18

בביקו"ח קיים בשימוש דגם Autocut-2 תוצרת תבי ARROW בכמות 3 יח'.

דרי סטרינק מנהל מח' ניתוחי לב הבחיר כי על מנת לתת מענה להיקף הפעילות הקיימת נדרשים 4 מכשירים כאשר קיים הכרח כי כל ארבעת המכשירים יהיו זהים, דהיינו מדגם זהה.

בהתאם לסימוכין ניתן אישור לרכישת המכשיר הנוסף.

דגם Acutocut 2 עונה לכל שדרש כאשר חנתונים העיקריים הינם:

א. מעבר ידני מ-INTERNAL TRIGGER ל-TRIGGER אחר

ב. מתקיים זיהוי TRIGGER בלבד

ג. ברירת ערוצי ECG – מקסימום 5

ד. חרישום מבוצע ל-א.ק.ג, לחץ דם ונתונים המודינמיים אך לא ל-TREND

ה. קיימת התראה לירידה באוגמנטציה

ו. חיישי לחץ המצויים במכשיר תפקידם לזהות דליפה במשאבה שמפסיקה את פעולתה ומונעת חדירת דם מהמכשיר לקטטר.

ז. קיים חיישן פנימי שמוזהה ירידת לחץ בבלון ומפסיק את הפעולה בהתאם

ח. אין במערכת דופלר לבדיקת זרימת דם באזור הצנתר. נדרשת רכישה נפרדת.

הנתונים הנ"ל הועברו לידיעה ולרענון לדרי סטרינק שאישרם תוך הדגשה כי חייבת להיות זהות לכל ארבעת המכשירים שבשימוש.

רצ"ב הצעת תבי אמי טכנולוגיות למימוש הרכישה.

מטעמי אחידות המכשור ההכרחי ניתן לראות ביצורן ARROW ובנציגותו המקומית ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

ב ב ר כ ה,

דרי יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתק: דרי לאוניד סטרינק