

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד: (דבר-אוי-)
יחידה מזמינת: /מס"פ
תאריך: 26.04.18

מדינת ישראל X
 (יש לסמן X במקום המתאים)
 קרן מחקרים _____

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1096082797	ADD INVAS PRES/TEMP COMB
1	1095056602	CO2 MEASUREMENT MODULE-M3015A

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר: כן _____ לא _____
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)
 טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה:	520036195
מספר ספק בשיבא:	1773
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>√</u> _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 15,000 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

23 באפריל 2018
מספרנו: יש/2018-0174
תיק: 9-1120, 2001

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: מלר"ד – תוו"ד לרכישת מודול קפנוגרפיה

זוא"ל מיום 16.4.18

במלר"ד קיימים 8 מודולים של קפנוגרפיה דגם M3015A תוצרת פיליפס.

הכמות הנדרשת הינה 13 בהתאם להתפלגות הבאה:

5 יח' – חדרי חלם

5 יח' – לניוד

3 יח' – לסדציה

נדרשת רכישת כמות של 5 יח' על מנת להשלים הנדרש.

רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה למודול הנדרש אותה יש לממש בכמות 5 יח'.

מאחר ומדובר במודול עבור מוניטורים מתוצרת פיליפס דגם MP-20, MX-450, MX-700 מחוייב לרכוש המודול מיצרן המוניטורים.

לא ניתן לממש הרכישה מיצרן חלופי זולת חב' פיליפס. לפיכך ניתן לראות היצרן ונציגותו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: ד"ר אבי עירוני
גבי הינדי אנגלרד
מר דוד צרפתי