



**אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד**

מס' ועדה: 182275

יחידה מזמינה: לב חזה

מהות הרכישה: מתמר US


סכום הרכישה מטבע ספק: USD 28,000 (לא כולל מע"מ)


ספק פוטנציאלי: מדטכניקה בע"מ


הוועדה התכנסה בתאריך 1.5.18 ואישרה לפרסם את חוות הדעות של הגורם  
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)


דוא"ל להגשת השגות: [tenders-tasmc@tasmc.health.gov.il](mailto:tenders-tasmc@tasmc.health.gov.il)  
יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:

  
רו"ח שירי בן זאב

  
שמואל עמר

  
עו"ד רועי אדרי

  
יוסי שחר

המרכז הרפואי תל-אביב  
מחלקת הנדסה רפואית  
טל: 03-6973208  
פקס: 03-6973440

01 באפריל 2018

סימוכין: 01-04

לכבוד  
ועדת רכישות  
כאן  
שלום רב,

**הנדון: החלפת (רכישת) מתמר TEE MATRIX לניתוחי לב**

בחדר ניתוח ישנו מכשיר אולטרא סאונד מס"ד 19114, יצרן PHILIPS דגם EPIQ-7 ספק מדטכניקה, שמחובר אליו מתמר לבדיקת לב תוך ושטית, דגם X7-2T. המתמר התקלקל עקב נזק שנגרם למתמר (יש סימני נשיכה על הכבל ועל ראש המתמר מהחוליה). ממליץ לרכוש במקומו מתמר חדש. היות והמתמר X7-2T הינו חלק אינטגרלי מהמערכת EPIQ-7 יש לראות ביצרן PHILIPS ובחב' מדטכניקה ספק יחיד למתמר זה.

בברכה,



אנדריי וולקוב,  
מתנדס הנדסה רפואית