

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAE



מדינת ישראל
משרד הבריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית-הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מכרז לרכישת מיכשור קרינה לטיפולים פוטותרפיים בקרינת NB-UVB ובקרינת UVA במרכז הרפואי ע"ש "שיבא" תל- השומר

מכרז מס' מצפ / 11899318

<u>מס' עמודים</u>	<u>התוכן</u>
1	עותק מנוסח הפרסום הפומבי
1	דף משלים למכרז
3	נספחים להצעת מחיר
3	טיוטת הסכם

מאי 2018



דף משלים מכרז לרכישת מיכשור קרינה לטיפולים פוטותרפיים בקרינת NB-

UVB ובקרינת UVA לבית החולים

(מכרז מס' מצפ / 11899318)

1. הרינו מבקשים הצעות מחיר לרכישת מכרז לרכישת מיכשור קרינה לטיפולים פוטותרפיים בקרינת NB-UVB וקרינת UVA בבית החולים ע"פ הדרישות המופיעות במסמכי המכרז.
 2. את הצעת המחיר יש להגיש בדפי "הצעת המחיר" המצורפים.
 3. הצעתכם תהיה בתוקף לפחות – 6 – חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה.
 4. תינתן העדפה של המחיר לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר ההצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת 15% ובתנאי שיצרף אישור ר"ח בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה - 1995 בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.
 5. להצעת המחיר יש לצרף את המסמכים הבאים (סעיפים א' - ב' הם דרישת סף):
 - א. ערבות בנקאית בגובה 15,000 ₪ ותהיה בתוקף עד לתאריך 08/10/2018.
לא יתקבלו תחליפים לערבות הבנקאית כגון: צ/ק, מזומן או "הקפאת כספים".
 - ב. אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומים חובת מס) תשנ"ו 1976.
 - ג. אישור ר"ח בדבר שיעור המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.
 - ד. מסמכי המכרז כוללים – 3 – דפי "תנאים כללים לאספקת טובין" על מגיש ההצעה לחתום על הדף האחרון בצרון חותמת החברה.
 - ה. יש להגיש אישור על עמידות הדגם המוצע בתקן בטיחות חשמלית למיכשור רפואי בהתאם לתקן הבינלאומי IEC 60601-1-2 הכולל גם עמידות לתאימות אלקטרומגנטית (חסינות בפני הפרעות למיכשור רפואי). אישור א.מ.ר בתוקף בעת הגשת ההצעה.
 6. אנו ננהג על פי אמות המידה כדלקמן:

א.	עלות	70%
ב.	חור"ד משתמש קצה	30%
 7. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם לתקנה 7(א) ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה 17ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (היה והפער הכספי בין ההצעות המובילות יהיה קטן מ 10%, או תהיה חריגה מהאומדן שנקבע) וכן שומר לעצמו את הזכות לפצל את הרכישה בין מספר ספקים.
 8. יש לשים לב להערות המופיעות בהצעת המחיר.
 9. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים מס' 1 הנמצאת במח' לבנא"מ בביתן 64 ב' עד יום 25.06.2018 שעה 11:00.
- על מגיש הצעת המחיר לתת הצעת מחיר נפרדת לכל נספח אשר צורף לחומר המכרז.**



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

נספח א'

דרישות למכרז לרכישת מכשור טיפולי בקרינת NB UVB ו-UVA
מצפ/11899318

1. רצ"ב בנספחים ב' עד ה' הדרישות המקצועיות הספציפיות לכל סוג מכשור הנדרש לטיפול פוטותרפיה בקרינת UVA-ו NB-UVB.
2. יתרון משמעותי ליצרן בו קיימת זהות במנורות הקרינה בין דגמי המכשור הנדרשים – יש לפרט זהות זגם המנורות ועלותן.
3. יש לפרט אורך חיי הנורות ותדירות החלפתן.
4. יש לפרט תדירות טיפולים יזומים ועלותם.
5. יש לספק כל אישורי הרגולציה של כל דגמי המכשור המוצעים כגון: אישור בטיחות קרינה, אישור FDA (אם קיים), אישור בטיחות חשמלית וכו'.
6. יש לספק אישור אמ"ר בתוקף לכל דגם שמוצע.
7. תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים שתחל 30 ימי עבודה לאחר יום מועד ההתקנה.
8. הדגמים המוצעים יתאימו לממדי החדרים ביח' לפוטותרפיה של מח' עור של ביה"ח.
9. תינתן השתלמות לגורם הטכנולוגי של ביה"ח במפעל היצרן מיד עם קבלת ההזמנה ליצרן ממנו תבוצע הרכישה.
10. ההצעה לכל דגמי המכשור תאפשר יכולת שימוש בתוכנה הייעודית הקיימת ביח' לפוטותרפיה ואשר ייעודה ניהול הטיפול לחולים.
11. על מגיש ההצעה לתת מענה לכל מגוון המכשור הנדרש. לא תהיה חלוקה של מכשור בין היצרנים השונים.
12. ההצעה למכרז תהיה לדגם המתאים בגרסתו האחרונה והחדישה ביותר.
13. הדגם המוצע נבדק ע"י הצוות הרפואי על מנת לבדוק התאמתו לייעוד הנדרש.
14. ליצרן סוכן מקומי, בעל ניסיון מוכח של לפחות שנתיים בתחום והמסוגל לגבות בידע, בשרות ובחלפים, בהתאם לכללי המקצוע הטובים ובלות זמנים סביר.
15. תסופק ספרות כמפורט להלן:
 - א. ספר הפעלה בכמות 2 יח' לכל מרכיבי הדגם המוצע.
 - ב. ספר שרות מסוג SERVICE MANUAL בכמות 1 יח' לכל מרכיבי הדגם המוצע.
16. על היצרן באמצעות נציגו להתחייב למתן הדרכה, הן לצוות הרפואי של ביה"ח תוך השתתפות בפועל במספר הפעלות ראשוניות על מנת להבטיח שימוש ואחזקה נכונים בדגם המוצע.
17. יש להגיש שמות ממליצים בארץ לדגם המוצע תוך פירוט שמותיהם ומס' הטלפון, שם ביה"ח בו מצוי הדגם המוצע ותקופת השימוש בו.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסת ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

3

18. היצרן באמצעות נציגו, יתחייב לבצע את כל הטיפולים המונעים התקופתיים בתקופת האחריות ובתקופת השירות בהתאם להנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת. אי ביצוע טיפול מונע כלשהו בזמן, יגרום להארכת תקופת האחריות או השירות בפרק הזמן האקוויולנטי.

19. הצעת היצרן תלווה בקטלוגים מפורטים לכל מרכיבי הצעת המחיר בהתאם לדרישות תוך הדגשתם. הצעה שלא תכלול פירוט וסימון בקטלוגים של היצרן תיפסל על הסף.

20. תוקף המכרז – 3 שנים.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

4

נספח ב'

דרישות למכרז לרכישת מכשיר טיפולי כל גופי לקרינת NB-UVB
מצפ / 11899318

1. נדרשת הצעת מחיר למכשיר שבנדון מסוג NB UVB לטיפול בעמידה בכמות 3 יח.
2. להלן הדרישות מהמכשיר:
 - א. ממד הגובה יהיה לפחות 200 ס"מ – יש לציין מפורשות הגובה
 - ב. שטח חתך פנימי בו מצוי המטופל לפחות 90 ס"מ – יש לציין מפורש שטח החתך
 - ג. יש לציין כמות נורות במכשיר, דגם הנורה ועלותה
 - ד. יכול מע' הפסקה אוטומטית למנת הקרינה שסופקה בהתאם לתכנון באמצעות סנסור UV – יש לפרט
 - ה. יכול מע' אוורור/קירור – יש לפרט
 - ו. יכול תצוגה באמצעות מסך שטח הכולל:
 - 1) שימוש בטקסט פשוט באנגלית
 - 2) תצוגת זמן טיפול שנוטר
 - 3) תצוגת מנת הקרינה המסופקת
 - 4) תצוגת עוצמת הקרינה
 - 5) יכולת תכנות גבולות מנת הקרינה
 - 6) התראת מטופל
3. יכול מערכת בקרה ממוחשבת עם תוכנה לתכנון טיפול
4. יש לפרט הזינה החשמלית.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסת ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

5

נספח ג'

דרישות למכרז לרכישת מכשיר טיפולי כל גופי לקרינת UVA

מצפ / 11899318

1. נדרשת הצעת מחיר למכשיר שבנדון מסוג UVA לטיפול בעמידה בכמות 1 יח.
2. להלן הדרישות מהמכשיר:
 - א. ממד הגובה יהיה לפחות 180 ס"מ – יש לציין מפורשות הגובה
 - ב. שטח חתך פנימי בו מצוי המטופל לפחות 90 ס"מ – יש לציין מפורש קוטר
 - ג. יש לציין כמות נורות במכשיר, דגם הנורה ועלותה
 - ד. יכול מעי הפסקה אוטומטית למנת הקרינה שסופקה בהתאם לתכנון באמצעות סנסור UV – יש לפרט
 - ה. יכול מעי אוורור/קירור – יש לפרט
 - ו. יכול תצוגה באמצעות מסך שטח הכולל:
 - 1) שימוש בטקסט פשוט באנגלית
 - 2) תצוגת זמן טיפול שנותר
 - 3) תצוגת מנת הקרינה המסופקת
 - 4) תצוגת עוצמת הקרינה
 - 5) יכולת תכנות גבולות מנת הקרינה
 - 6) התראת מטופל
- ג. יכול מערכת בקרה ממוחשבת עם תוכנה לתכנון טיפול
- יא. יש לפרט הזינה החשמלית.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



פקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Dept

TEL. 972-3-5303388/3917

FAX. 972-3-5303387 .ס

6

נספח ד'

ניר לטיפול בכפות ידיים ורגליים בקרינת UVA ו-NB-UVB
מצפ / 11899318

כמות 2 יח'.

ומכשיר שני בקרינת NB UVB

זחים מהם ניתן לקבל קרינה לאזור ממוקד שנדרש.
שינוי ממצב אופקי למצב אנכי.
שינוי כל אחד בנפרד ממצב אופקי למצב אנכי.

ז כגון כפות ידיים, כפות רגליים, שוקיים, פנים או כל אזור מוגבל אחר עם
ודולרי) הקרינה – יש לציין תחום שינוי זווית משטחי (מודולרי) הקרינה.

י הקרינה וכמותם אשר יהיו ממוקמים על התקן ייעודי ניד.

הקרינה העליונים ולמשטחי הקרינה התחתונים של המכשיר, תוך ציון דגם

נות קרינה שסופקה בהתאם לתכנון באמצעות סנסור UV –יש לפרט

וח הכולל:

לית.

קת

קרינה



המחלקה להנדסה ביולוגית-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

6

נספח ד'

דרישות למכרז לרכישת מכשיר לטיפול בכפות ידיים ורגליים בקרינת UVA ו-NB-UVB
מצפ / 11899318

1. נדרשת הצעת מחיר למכשיר שבנדון בכמות 2 יח.
2. להלן הדרישות מהמכשיר:
 - א. מכשיר אחד יהיה בקרינת UVA ומכשיר שני בקרינת NB UVB
 - ב. כל מכשיר יהיה מורכב מזוג משטחים מהם ניתן לקבל קרינה לאזור ממוקד שנדרש. זוג המשטחים העליונים יאפשר שינוי ממצב אופקי למצב אנכי. זוג המשטחים התחתונים יאפשר שינוי כל אחד בנפרד ממצב אופקי למצב אנכי.
 - ג. יאפשר טיפול לאזורים ממוקדים כגון כפות ידיים, כפות רגליים, שוקיים, פנים או כל אזור מוגבל אחר עם גמישות ביכולת שינוי משטחי (מודולרי) הקרינה – יש לציין תחום שינוי זווית משטחי (מודולרי) הקרינה.
 - ד. יש לציין ממדי משטחי (מודולרי) הקרינה וכמותם אשר יהיו ממוקמים על התקן ייעודי נייד.
 - ה. יש לציין כמות הנורות למשטחי הקרינה העליונים ולמשטחי הקרינה התחתונים של המכשיר, תוך ציון דגם הנורה ועלתה.
 - ו. יכלול מעי הפסקה אוטומטית למנת קרינה שסופקה בהתאם לתכנון באמצעות סנסור UV –יש לפרט
 - ז. יכלול תצוגה באמצעות מסך שטוח הכולל:
 - 1) שימוש בטקסט פשוט באנגלית.
 - 2) תצוגת זמן טיפול שנותר
 - 3) תצוגת מנת הקרינה המסופקת
 - 4) תצוגת עוצמת הקרינה
 - 5) יכולת תכנון גבולות מנת הקרינה
 - ח. יש לפרט הזינה החשמלית.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



ס שיבא

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

7

נספח ה'

שורת למכרז לרכישת מכשיר טיפולי כל גופי בשכיבה לקרינת NB UVB
מצפ / 11899318

לרכישת המכשיר בכמות 1 יח'.

ז מהמכשיר:

זולים רבים כולל משותקים, בעלי עודף משקל, גיל הזהב וילדים/תינוקות קטנים.

זרך יהיו לפחות 180 ס"מ – יש לציין מפורשות האורך.

אופן סגירה של חלל הקרינה בו מצוי המטופל.

יהיה נייד.

דרך ההפעלה כולל צורת כניסת החולה והמעבר מטיפול על הבטן לטיפול על הגב.

כמות נורות במכשיר, דגם הנורה ועלותה.

אפשרות של מעבר מנורות UVB למנורות UVA לפי צרכי המכון.

הפסקה אוטומטית למנת קרינה שסופקה בהתאם לתכנון באמצעות סנסור UV – יש לפרט.

זוגה באמצעות מסך שטוח הכולל:

זוש בטקסט פשוט באנגלית
זגת זמן טיפול שנוטר
זגת מנת הקרינה המסופקת
זגת עוצמת הקרינה
זלת תכנות גבולות מנת הקרינה
זראת מטופל

ז הזינה החשמלית





המחלקה להנדסת ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

7

נספח ה'

דרישות למכרז לרכישת מכשיר טיפולי כל גופי בשכיבה לקרינת NB UVB
מצפ / 11899318

1. נדרשת הצעה לרכישת המכשיר בכמות 1 יח'.
2. להלן הדרישות מהמכשיר:
 - א. נגישות לחולים רבים כולל משותקים, בעלי עודף משקל, גיל הזהב וילדים/תינוקות קטנים.
 - ב. ממדי האורך יהיו לפחות 180 ס"מ – יש לציין מפורשות האורך.
 - ג. יש לפרט אופן סגירה של חלל הקרינה בו מצוי המטופל.
 - ד. המכשיר יהיה נייד.
 - ה. יש לפרט דרך ההפעלה כולל צורת כניסת החולה והמעבר מטיפול על הבטן לטיפול על הגב.
 - ו. יש לציין כמות נורות במכשיר, דגם הנורה ועלותה.
 - ז. יש לציין אפשרות של מעבר מנורות UVB למנורות UVA לפי צרכי המכון.
 - ח. יכלול מע' הפסקה אוטומטית למנת קרינה שסופקה בהתאם לתכנון באמצעות סנסור UV – יש לפרט.
 - ט. יכלול תצוגה באמצעות מסך שטוח הכולל:
 - 1) שימוש בטקסט פשוט באנגלית
 - 2) תצוגת זמן טיפול שנותר
 - 3) תצוגת מנת הקרינה המסופקת
 - 4) תצוגת עוצמת הקרינה
 - 5) יכולת תכנות גבולות מנת הקרינה
 - 6) התראת מטופל
 - י. יש לפרט הזינה החשמלית

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסת ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

8

נספח ו'

אמות המידה לבחירת החצעה יהיו כדלקמן:

70%	1. עלות
30%	2. חו"ד משתמש קצה
100%	סה"כ

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסת ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

מדינת ישראל

תנאים כללים לאספקת טובין

1. הגדרת הטובין:

הטובין שבהזמנה שיסופקו למוזמין יהיו בהתאם לאמור בהזמנה, במיפרט, בתרשים, ובכל מסמך אחר שיצורפו להזמנה (להלן - "המיפרטים") ויהיו זהים לדגמים שנקבעו ע"י שני הצדדים, ואם לא נקבעו מפרטים, או דגמים, יהיו הטובין המוזמנים ממיטב האיכות, החומר והאומנות המקובלים במדינת ישראל בזמן ההזמנה.

2. חומרים/ ציוד/ כלי עבודה:

כל חומר- בין מעובד ובין בלתי מעובד- כל מבלט ומכשיר, לרבות כל טובין אחרים, שהמשרד מזמן לזמן מסרם וימסרם לספק למטרת אספקת הטובין (להלן - "החומרים") וכן המיפרטים, הדגמים הינם, יהיו, ייחשבו ויישארו בבעלות המשרד בלבד, והספק מתחייב לא להשתמש בהם למטרה אחרת, לא להחליפם, לא למכרם, לא למשכנם, לא לשעבדם, לא למסור לאחר את השימוש בהם ולא להוציאם באופן אחר מבעלות המשרד. נמסרו לספק חומרים לייצור הטובין- קבלתם ע"י הספק תשמש הוכחה, כי היו בעלי איכות טובה ומתאימה להזמנה, אלא אם כן הספק הוכיח אחרת תוך זמן סביר. כל עוד החומרים יימצאו ברשותו או בפיקוחו, חייב הספק- על חשבונו הוא לאחסנם במקום ובאופן מתאים, לשמור ולהשגיח עליהם. הספק יהא אחראי לאובדן או לנזק לחומרים, או לכל חלק מהם, הנובעים מסיבה כלשהי- בין שהיתה, או שלא היתה רשלנות מצדו, או מצד כל אדם אחר. כמו כן לפי דרישת המוזמין ובהתאם להוראותיו יבטח הספק את החומרים. חומרים שהספק מספק למטרת אספקת הטובין האמורים, יהיו מאיכות כפי שנקבע במיפרט שבהזמנה או בנספח שצורף להזמנה.

3. בדיקת הטובין:

מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי ההזמנה- המוזמין או בא כוחו רשאי לבדוק את הטובין המוזמנים בכל שלב משלבי ייצורם, או הספקתם לפני קבלתם, בשעת קבלתם, או אחרי קבלתם, והספק ירשה למוזמין לבדוק את הטובין בכל עת מתקבלת על הדעת, ולצורך זה יינתן לו דוגמאות מבלי לדרוש את תמורתן. המוזמין רשאי לסרב לקבל את הטובין המוזמנים כולם, או מקצתם- אם לדעתו אינם מתאימים לדגמים ולמיפרטים; או אם הם לוקים בחסרונות, או בליקויים, או אם הם יוצרו לא מאותם החומרים שנמסרו לספק ע"י המוזמין. הספק אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה בטובין המוזמנים, או בכל חלק מהם הנובעים מטיב העבודה, או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרטים, או לדגמים, והוא יפצה את המוזמין בעד כל נזק והפסד שנגרמו, או ייגרמו לו, מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

4. מסירת הטובין:

הספק ימסור את הטובין על חשבונו ואחריותו, ליחידה, או למחסן הנוכרים בהזמנה, בשעות ולפי סדרי העבודה מקובלים באותו מקום. מותנה בזה בפירוש, כי כל עוד הטובין לא נבדקו ולא אושרו ע"י המוזמין, או בא כוחו, הם לא ייחשבו כטובין שנמסרו למוזמין ועל המוזמין לא תחול אחריות כלשהי לגביהם והמוזמין או בא כוחו רשאים לפסול את הטובין משום שלא יהיו בהתאם להזמנה ומשעשו כן, על הספק יהא לסלק את הטובין על חשבונו ולהחליפם בטובין שיתאימו להזמנה, תוך 48 שעות מעת שנפסלו. או אם המוזמין יקבע פרק זמן אחר- תוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק לא יסלק במועד את הטובין שנפסלו- המוזמין, או בא כוחו, רשאי לסלק לפי ראות עינו ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך. אם הספק לא יחליף במועד את הטובין שנפסלו- אף כולם, או את מקצתם- המוזמין רשאי לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות, או כשתיהן :-

- (א) לבטל את ההזמנה ככל אופן הנראה לו ולהתייחס אליה כבטלה.
 (ב) לרכוש מכל מקור אחר טובין במקום אלו שנפסלו בין מאותו סוג ובין מסוג דומה- ולחייב את הספק בכל הפרש ובכל הוצאה, או תשלום שנגרמו על ידי כך.

5. תעודת משלוח וחשבונית מס :

הספק ימציא למזמין חשבונית מס בשלושה העתקים המתייחסות לטובין ויצרף לה תעודת משלוח, בה יצוין מספר ההזמנה.

6. זכויות המזמין:

(1) אם כתוצאה מהכדיקה הנוכרת בתנאי 4 לעיל, או בכל דרך אחרת, יתברר למזמין כי הטובין המוזמנים- כולם או מקצתם- אינם מתאימים לדגמים ולמפרטים, או כי הם לוקים בחסרונות, או בליקויים, וכן אם הטובין המוזמנים- כולם או מקצתם- לא נמסרו למזמין כמועד שנקבע בהזמנה, או במועד שהוארך עיני המזמין, אם ניתנה אורכה כזאת, וכן בכל מקרה אחר שהספק הפר או לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו, המזמין יהיה רשאי- לפי ראות עינו ולפי ברירה שבידיו ומבלי לפגוע בזכויות האחרות שבידיו לבטל את ההזמנה, או לצמצם את היקפה, או להזמין על חשבון הספק אצל ספק אחר את אותם הטובין, או טובין אחרים שלדעת המזמין מתאימים לשמש כתחליף לטובין המוזמנים, וכמו כן המזמין רשאי לתבוע את הספק בגין כל נזק שנגרם על ידי כך.

(2) מיד לאחר שנמסרה הודעת הביטול למקבל ההזמנה, תחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת.

(3) המזמין שומר לעצמו זכות ברירה להמשיך התקשרות לתקופה נוספת של: _____

7. התשלום :

המחירים, תנאי התשלום ותחצמדה שנקבעו בחומנו חינם מוסכמים וקבועים מראש אולם אם הצעת הספק תוגש במטבע זר התשלום יבוצע בשקלים עייף השער היציג ביום האספקה ולא תשולם עליהם כל תוספת. מדד הבסיס- הוא המדד מתאריך מסוים המשמש בסיס לקביעת הפרשי הצמדה שיחשבו החל מתאריך זה ועד ליום ההתאמה הבא. המדד הקובע - לצורך חישוב הצמדה הוא המדד הידוע במועד האספקה המוסכם, או מועד האספקה בפועל- הנמוך מבין שניהם. מדד זה קובע את שיעור ההפרש שיש להוסיף למדד הבסיס (תכ"ס 3.8.0.0.7). התשלום יעשה באמצעות זיכוי חשבון הבנק של הספק. הספק מוותר על הזכות לחמחות חיובים על- פי חוק המחאות חיובים התשכ"ט- 1969.

8. ערבות:

לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הזמנה זו, הספק יפקיד בידי משרד המזמין ערבות בנקאית, עפ"י המפורט בטופס ההצעה. בנוסף לכך המזמין יהיה רשאי לנכות מכל סכום- שמגיע, או שיגיע לספק מהמזמין ו/או ממשרד ממשלתי אחר- כל סכום שהספק יחוייב בתשלום בהתאם לתנאי ההזמנה כולל פיצוי על נזקים, ובתנאי נוסף שקבלת הערבות על ידי המזמין לא תפגע בזכויותיו האחרות לפי ההזמנה או לפי החוק, והמזמין יהא רשאי לגבות כל סכום שהספק חייב בתשלום בכל דרך אחרת. המזמין יהיה רשאי גם לחלט את הערבות הנ"ל, לצורך התשלומים האמורים. הסכים המזמין לקבל כערבות שטרי חוב חתומים על- ידי הספק והערבות מתאימה, מורשה המזמין למלא בשטרות האמורים כל פרט החסר בהם, ולגבות את סכומם כאמור לעיל. הרשאה שניתנה למזמין, כאמור, אינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה כל עוד הדבר דרוש לביצוע זכויות המזמין שלמענו ניתנה ההרשאה.

9. מסמכים:

כל המסמכים המצורפים להזמנה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה, יראו אותם כמשלימים זה את זה. אולם ככל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.

10. שונות:

- (א) שום ויתור, הימנעות מפעולה, מתן אורכה מצד המזמין, לא ייחשבו כויתור ועל זכויותיו של המזמין לפי הזמנה זו, ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם המזמין ויתר במפורש ובכתב.
(ב) מסירת הטובין המוזמנים, כולם, או מקצתם - למזמין, כמוה כהסכמת הספק לקבלת ההזמנה על כל תנאיה.

11. הודעות:

כל ההודעות בקשר עם הזמנה זו יהיו בכתב ותימסרנה בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה ותיחשבנה כאילו הגיעו לתעודן ונוך 48 שעות ממועד מסירתן לבית הדואר, כיאות.

באו על החתום:

ביום: _____ בחודש: _____ בשנת: _____

מצד המזמין: שם: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____

מצד הספק: שם: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____

• נא למלא פרטי "המשך התקשרות" (האופציה) בכפיפות להוראות תכ"ס פרק רכישות- נסמן 3.7.1.1.1.