

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	קדר-11
יחידה מזמינה:	א/א אולן ארון
תאריך:	23/05/18

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080768	FLEX SCOPE CCD + CMOS

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אינפראמד
מספר ח.מ. / ח.צ. / עמותה	514554179
מספר ספק בשיבא	49380
ספק זה הינו:	_____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד _____ <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	16,264 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

12 בפברואר 2018
מספרנו: יש/2018-0073
תיק: 1130-6, 1007

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: מח' א.א.ג. – חו"ד לרכישת אנדוסקופ פיבראופטי

א. מכרז מצ/11799616
ב. מכתב פרופ' וולף מיום 11.2.18

1. סימוכין אי בוטל עקב חוסר מענה שני המציעים, לדרישות חמקצועיות של המכרז. המכרז כלל מכשיר נייד (ללא תעלת עבודה) בכמות 1 יח' ומכשיר פיבראופטי בכמות 2 יח'.
 2. בסימוכין ב' המשותף לח"מ ולפרופ' וולף הובהר כי על מנת לתת מענה מידי לאנדוסקופים במחלקת א.א.ג. הסובלת מחוסר משמעותי, הומלץ כדלקמן:
 - א. עבור מכשיר פיבראופטי בכמות 2 יח' – תמומש הרחבת מכרז מס' 11799615 לרכישת דגם A41-5.2 מתוצרת חבי MDH, באמצעות חבי אינפראמד, אשר הוגש ונמצא תואם את הדרישות.
 - ב. עבור מכשיר נייד בכמות 1 יח' – רצ"ב הצעת מחיר של חבי אינפראמד לדגם A30-2.8 התואם את הנדרש (ללא תעלת עבודה) בו הקוטר הדיסטלי הינו 2.8 מ"מ, אורך 365 מ"מ כולל מסך מגע בגודל 4.3" שטוח וסוללת ליתיום נטענת 3.7V.הדגם המוצע תואם את הנדרש ע"י פרופ' וולף ומאפשר את מימוש סעיף 3 שבסימוכין ב', ממנו ניתן להגדיר את חבי MDH, באמצעות חבי אינפראמד ספק בלעדי לרכישה זו.
- מקור תקציבי לרכישה – תקציב מכרז מצ/11799616.

ב ב ר כ ה,

דרי יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין ב'+הצעת מחיר

העתק: פרופ' מ. וולף