

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הגה"א	משרד:
מכון לב	יחידה מזמינה:
13/05/18	תאריך:

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095055281	HOLTER E.C.G DIGIT. 3 CHANNEL-LIFECARD CF-3 LCF
3	1040012353	LC12 PATIENT CABLE EU
2	1040012346	LC12 VARIOUS YOKE ASSEMBLY

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מד"י שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ארדון
מספר ח.פ. / עמותה	510468051
מספר ספק בשיבא	1223
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ _____ ספק חוץ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

9 במאי 2018
מספרנו: יש/2018-0217
תיק: 7006, 1140

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: מכון הלב/יח' קוצבים – חו"ד לרכישת הולטר א.ק.ג.

דוא"ל מיום 18.2.18

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 6 יח'.
2. מדובר בחולטר א.ק.ג. דיגיטלי, המאפשר אגירת נתוני א.ק.ג. ב-3 ערוצים בחיבור כבל 3 לידים. המכשיר הינו בעל כרטיס המאפשר אגירת הנתונים הועברתם למערכת הפענות.
3. במכון הלב מערכת פענוח הולטר תוצרת DELMAR-REYNOLDS, המאפשרת קליטת נתונים מהחולטר הנייל.
4. מכיוון שמדובר במכשיר תוצרת DELMAR-REYNOLDS, המתאים לעבודה עם מערכת פענוח מאותו יצרן, לא ניתן לרכוש מכשיר מיצרן אחר. ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק יחיד.
5. בעקבות הסימוכין בוצעה בדיקה לכל כמות החולטרים (12 יח') אצל נציג היצרן בארץ. תוצאות הבדיקה הבהירו כי 10 מכשירים תקינים ואילו 2 יח' מחייבות החלפה.
- מאחר ובסימוכין הוחלט על 6 יח' – כמות לביצוע לשיקולכם.
6. מומלץ לממש הצעת מחיר מסי 17000964, מיום 7.8.17, של חברי ארדון נציגת היצרן למכשיר דגם LIFECARD LCF.
- הצעת מחיר 17000966 הינה לכבל המאפשר שימוש בחולטר ב-12 ערוצים אותה מומלץ לממש על כל סעיפיה.
7. יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בחתום להנחיות היצרן.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתק: דר' בינרט רועי