

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	הסניף אכילר
תאריך:	23/05/18

קרבן מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095078853	FITMATE METABOLIC & WEIGHT MANAGEMENT SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אלדן
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510848690
מספר ספק בשיבא	1148
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	50,000 שח' + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387



8 במאי 2018
מספרנו: מב/2018-0216
תיק: 8, 1120, 6515

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

נכבדתי,

הנדון: הצטיינות 2018/ביה"ח השיקומי/הפרעות אכילה –
חוי"ד לרכישת מערכת למדידת Resting Metabolic Rate.

- א. תכנית הצטיינות ביה"ח השיקומי 2018
- ב. הבהרת חברת "מדיקל גפן" מיום 23.04.17

בהמשך לסימוכין אי' (פריט מס' 9 ברשימה), אושרה רכישת המערכת שבנדון בכמות של 1 יח'.

מדובר במערכת המשמשת לקביעת קצב מטבולי (RMR) ע"י מדידת צריכת חמצן במנוחה (VO_2), הנמדדת בנשיפה. ערכו של RMR משמש לקביעת צרכיו התזונתיים של המטופל.

רצ"ב הצעת מחיר מס' 185R00348 מחברת "אלדן" לרכישת מערכת מדגם Fitmate תוצרת COSMED.

לחץ תכונות המערכת העיקריות:

- מדידת VO_2 בתחום 0-50 l/min.
- קבלת ערך RMR ביחידות של kcal/day.
- מכשיר נייד וקומפקטי הכולל סוללה נטענת המספיקה ל-6 שעות עבודה.
- צג LCD גדול ונוח לקריאת תוצאות הבדיקה.
- מדפסת מובנית להדפסת נתוני המדידה בזמן אמת.
- תוכנת מחשב ייעודית לניהול מידע ולהרכבת תכניות תזונה בהתאם למאזן האנרגטי של המטופל.

מאחר ולא ידוע על ספקים נוספים שלהם מכשיר דומה לזה מתוצרת COSMED, ניתן לראות ביצרן זה ספק יחיד לרכישה ולממשה בהתאם להצעת חברת "אלדן", נציגת היצרן בארץ.

הבהרה:

מבדיקה שנערכה עם מחברת "גפן מדיקל", נציגתו לשעבר של היצרן Microlife, הובהר כי החברה איננה משווקת עוד מערכות למדידת קצב מטבולי (סימוכין ב'). כמו כן, לא נמצאו ספקים אחרים למערכות מסוג זה מלבד חברת "אלדן", נציגת היצרן COSMED.

על ההזמנה לכלול ספרות שירות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות לכל מרכיבי המערכת שלא תפחת מ-24 חודשים מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם לחוראות היצרן.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתק: מר בטאלי רן-ראובן