

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	רובינשטיין
יחידה מזמינה:	לש"ר
תאריך:	26.04.18

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1096082797	ADD INVAS PRES/TEMP COMB
1	1095056602	CO2 MEASUREMENT MODULE-M3015A

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה:	520036195
מספר ספק בשיבא:	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 15,000 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

23 באפריל 2018
מספרנו: יש/2018-0174
תיק: 2001, 1120-9

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: מלר"ד – חו"ד לרכישת מודול קפנוגרפיה

דוא"ל מיום 16.4.18

במלר"ד קיימים 8 מודולים של קפנוגרפיה דגם M3015A תוצרת פיליפס.

הכמות הנדרשת הינה 13 בהתאם להתפלגות הבאה:

5 יח' – חדרי חלם

5 יח' – לניוד

3 יח' – לסדציה

נדרשת רכישת כמות של 5 יח' על מנת להשלים הנדרש.

רצ"ב הצעת חבי מדטכניקה למודול הנדרש אותה יש לממש בכמות 5 יח'.

מאחר ומדובר במודול עבור מוניטורים מתוצרת פיליפס דגם MP-20, MX-450, MX-700 מהוויב לרכוש המודול מיצרן המוניטורים.

לא ניתן לממש הרכישה מיצרן חלופי זולת חבי פיליפס. לפיכך ניתן לראות היצרן ונציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

ב ב ר כ ה,

דרי יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: דרי אבי עירוני
גבי הינדי אנגלרד
מר דוד צרפתי