

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקתאון
יחידה מזמינה:	אונקולוגיה
תאריך:	24/05/18

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095078812	MEDLEY 2 -LVP COMBINATION

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	דובר
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510658404
מספר ספק בשיבא	1399
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$26,400 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

23 באפריל 2018
מספרנו: יש/2018-0178
תיק: 1-1111, 5010

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש
נכבדתי,

הנדון: **מח' אונקולוגיה/הצטיידות 2018 -**
חוו"ד לרכישת מערכות עירוי רב ערוציות לכימותרפיה
דוא"ל מיום 23.4.18

1. בהמשך לסימוכין עבור מח' אונקולוגית יש לרכוש מערכות שבנדון בכמות של 6 יח.
2. המכשור אשר נמצא המתאים ביותר הוא משאבות עירוי מודולריות תוצרת BD-ALARIS, מדובר במערכת המורכבת מיחידה מרכזית (PC unit) ושתי משאבות עירוי נפחיות המתחברות ליחידה המרכזית באופן מודולרי. בין היתר, המערכת יכולה לשמש כמשאבת עירוי דו ערוצית.
3. התאמת המערכת לצרכי המערך האונקולוגי וההמטואונקולוגי נבדקה בתחומים הבאים:
 - המערכת מתאימה למתן כימותרפיה (הטיפול המרכזי והמורכב ביותר הניתן במערך) מבחינת אופן מתן התרופה, הסטים והפרוטוקולים. ראה דוא"ל גבי חנה פרס.
 - המערכת מתאימה לשימוש עם תוכנת CATO, לניהול מידע ותהליכים בתחום העירוי.
 - המערכת נבדקה על ידי הצוות הרפואי לבדיקת נוחות שימוש והתאמה לצרכי המחלקה.
 - המערכת נבדקה על ידי ניהול סיכונים.
4. הדגם שהוחלט על רכישתו על דעת ניהול סיכונים, בית המרקחת, מערך הסיעוד, הנחלת ביה"ח הכללי והנדסה רפואית הינו דגם MEDLY תוצרת חבי BD ALARIS.
5. מומלץ לממש הצעת מחיר 17A00668 של חברת דובר למערכות תוצרת BD-ALARIS. החצעה כוללת יחידות מרכזיות, מודולים של משאבת עירוי נפחית ועמודים, ומחוזה בסיס לרכישת כל כמות נוספת של מע"י עירוי הכוללת כ"א יח' מרכזית+2 מודולים של משאבות עירוי נפחיות+עמוד נשיאה ייעודי.
6. יש לממש הרכישה לכמות הנדרשת כאשר ניתן לראות היצרן ספק בלעדי לנדרש. במוסד למעלה מ-150 יח' כאלה לשימוש אונקולוגי והמטואונקולוגי.

ניתנה תקופת אחריות של 5 שנים כמצוין בגוף ההצעה, החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתק: גבי אורנה רחמינוב