

ועדת המכרזים ליחידות גזברות אזורית תל אביב

הבריאות	
המעבדה הארצית	
לבריאות הציבור תל אביב	
31.05.18	

_____ **מדינת ישראל** _____ **קרון מחקרים**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<p>המרכז הארצי לטוקסופלסמוזיס מבצע בדיקת rt-pcr שזו בדיקה מולקולרית לאבחון ההדבקה בטפיל הטוקסופלסמה. הבדיקה מתבצעת על דגימות קליניות שונות, כגון מי שפיר, דם מלא, נוזלי עיין ונוזל עמוד השדרה, ביופסיות מוח ואחרים. לצורך ביצוע הבדיקה דרושים probes מסוג Two Hybridization Probes של חברת TIBMOLBIOL שנרכשים מחברת דין דיאגנוסטיקה. על פי פרוטוקול בינלאומי של תבחין מולקולרי לזיהוי טפיל הטוקסופלסמה. השימוש בפרובים אלו חיוני לשמירה על עקיבות המדידה של המרכז הארצי לטוקסופלסמוזיס עם תוצאות בעולם. חשוב לציין שהחברה עומדת בדרישות המעבדה ונותנת שירות מיטבי.</p>
--

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ **טובין** _____ **שירותים** _____ **ביצוע עבודה**

_____ דין דיאגנוסטיקה בע"מ	_____ שם הספק
511509168	_____ מספר הספק
_____ ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> _____ ספק חוץ	_____ תחילת/סיום/מספר יומים
100,000 ללא מע"מ	_____ ספק זה חיוני
01.06.18-31.05.19	_____ אומדן שווי הסיכונים
	_____ תקופת ההחלטה

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:


1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **נימוקים והערות נוספות.**

תיקוף לתבחיך התבצע במהלך שנה שלמה(2009) במעבדה הארצית לבריאות הציבור ת-א. במהלך התיקוף נבחנו probes של חברת Biosearch ותערובות ריאקציה של חברת ABgene ו-Eurogentec שלא ענו על הצרכים. כמו כן, אנו ממשיכים בביצוע תיקוף מתמשך תוך כדי ביצוע הבדיקות והבקורות.
החלפת חברת הייצור probes תחייב תיקוף נוסף, יקר וממושך ותחייב עצירת הבדיקות ותיקוף מחדש בעלות גבוהה מעלות רכישת הפרובים.
ראה מסמך הצעות מחיר ופרוט כמויות.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהלת המרכז הארצי לטוקסופלסמויס	ד"ר אירנה ריקליס
שם בעל הסמכות המקצועית		שם בעל הסמכות המקצועית