

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	3787
תאריך:	04/06/18

קרן מחקרים

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנון חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040014136	מינשא עלי - צד יבש + צד רטוב

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדוד בכר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	גילברמן טכנולוגיות
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510542202
מספר ספק בשיבא	27100
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	128,296 שח' + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חדשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

TEL. 972-3-5303388/3917.50

FAX. 972-3-5303387 בקס

4 ביוני 2018
מספרנו: דב/2018-0262
תיק: 3-1137

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: מיון/חדר סימולציה/שלב ג' - חו"ד לרכישת מנשא (BOOM) עילי

עבור 2 מיטות באולם סימולציה שבמכון הדרישים מתלים עיליים (BOOMS) המורכבים מ-2 זרועות דו פרקיים בכמות 2 יח'. לכל זרוע תהיה מחוברת קונסולת חיבורים, כאשר קונסולה אחת תקרא בשם "צד רטוב" וקונסולה אחת בשם "צד יבש".

קונסולה "צד יבש" תכלול את המרכיבים הבאים:

1. 12 שקעי חשמל חד-פאזי 250V/50Hz 16A כ"א, בתקן ישראלי הכולל כ"א נורית סימון והגנה מפני נזלים, כאשר 8 שקעים מחוברים לרשת צפה (UPS) ו-4 שקעים מחוברים לגנרטור.
2. 10 שקעי הארקה מסוג בנדר.
3. חכנה לשקעי תקשורת RJ-45 בכמות 8 יח'.
4. שקעי גזים דגם PURITAN BENNET הכוללים:

- * 6 שקעי המצן
- * 2 שקעי אויר רפואי
- * 2 שקעי וואקום

הערה: כל גז יסופק עם מד לחץ מובנה

5. מדף עם 2 מגירות
6. מוט אינפוזיה בכמות 1 יח'.
7. פס תליה היקפי.
8. מוט לתליית מנשם.

קונסולה "צד רטוב" תכלול את המרכיבים הבאים:

1. 16 שקעי חשמל חד-פאזי 250V/50Hz 16A כ"א, בתקן ישראלי הכולל כ"א נורית סימון והגנה מפני נזלים, כאשר 8 שקעים מחוברים לרשת צפה (UPS) ו-8 שקעים מחוברים לגנרטור.
2. 10 שקעי הארקה מסוג בנדר.
3. שקעי תקשורת מסוג RJ-45 בכמות 8 יח'.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

4. שקעי גזים דגם PURITAN BENNET הכוללים:

- * 3 שקעי חמצן
- * 2 שקעי אוויר רפואי
- * 2 שקעי וואקום

הערה: כל גז יסופק עם מד לחץ מובנה

5. מדף עם 2 מגירות

6. פס תליה היקפי

7. מוט אינפוזיה בכמות 1 יחי

מאחר ומדובר ברכישת המנשאים עקב אובדן מינשאים שפורקו מחדר הטראומה הישנים, והעוגנים עבור המנשאים הותקנו (שהינם מותאמים למנשאים מתוצרת זילברמן), ניתן לראות את חבי זילברמן כספק יחיד עבור הרכישה.

רצ"ב הצעת מחיר מסי 18000397 אותה מומלץ לממש.

יש לקבל אישור על ביצוע ההתקנה ע"י מהנדס התשתיות של בית החולים או נציג מטעמו.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בחתום להנחיות יצרן.

בברכה,

דוד בכר

מ"מ מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר