

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	3143
תאריך:	07/06/18

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל 

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095077152	NEMOTO CT INJECTOR DUAL SHOT ALPHA 7
2	1007779010	חלפים ותיקונים - בש"ח

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י תו"ד מצ"ב מסלים בדר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	גיי - אי
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512686460
מספר ספק בשיבא	4039
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	105,450 שח' + מע"מ

אגף הדימות

כ"ג/סיון/תשע"ח
6 ליוני, 2018

לכבוד
מר גיל דר
סמנכ"ל טכנולוגיות
המרכז הרפואי
כאן.

הנדון: החלפת מזרק אוטומטי מתוצרת חבר' NEMOTO בסיטי המרכזי - נימוק לספק יחיד.

בסיטי המרכזי מותקן מזרק אוטומטי מתוצרת חברת NEMOTO היפנית ומשווק בארץ ע"י חברת GE, המזרק הוא בן יותר מעשר שנים ואף הוכרז לאחרונה ע"י היצרן כ "END OF LIFE".

אתמול, במהלך יום העבודה זוהתה תקלה משמעותית במזרק שבסופו של דבר הפסיק לעבוד. פנינו לספק והתשובה היתה שלא קיימים חלקי חילוף למזרק מהדגם הספיציפי הזה.

חשוב לציין שהשימוש במזרק, הוא תנאי הכרחי לביצוע בדיקות אבחון ומעקב לחולים אונקולוגים. עקב כך, אתמול והיום בוטלו עשרות תורים של נבדקים אונקולוגים הזקוקים לבדיקה באופן דחוף כדי לקבל החלטה לגבי המשך טיפול במחלה.

הדרך המהירה ביותר למתן מענה לנבדקים היא עסקת שדרוג מול הספק. מבדיקה שביצענו, יש מזרק זמין במלאי ומוכן להתקנה להיום! חשוב לציין ששדרוג מזרק של אותו היצרן, חוסך עקומת למידה של הצוות המפעיל ומצמצם זמני ההמתנה לעיכוב שנוצר

אי לכך יש לראות בחברת GE כספק יחיד למוצר הנ"ל. אודה על המשך טיפול.

בברכה,

סלים בדר
ס.רנטגנאי ראשי

העתקים:
פרופי א. קונן