

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הרבי אור
יחידה מזמינה:	IVF
תאריך:	06/06/18

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080966	SZX2-ZB10 MICROSCOPE - STEREO ZOOM BODY WITH GALLILEO TYPE O
3	1040014144	IVFTECH 180 STERILE LAMINAR FLOW CABINET DOUBL ELECTRICAL

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אחים איזנברג
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510097272
מספר ספק בשיבא	1087



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

24 במאי 2018
מספרנו: יש/2018-0238
תיק: 3-1123, 4006

לכבוד
מר גיל דר
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: הית' להפריה חוץ-גופית – מערכת עבודה זוגית ב-IVF

31

- א. דוא"ל חבי אייזנברג מיום 29.4.18
- ב. מכתב פרופי אורביטו ודרי עזר מיום 13.5.18
- ג. מכתב חבי אייזנברג מיום 16.5.18

1. בשנת 2017 נרכשה מערכת עבודה זוגית ביולוגית ל-IVF מתוצרת IVFTech באמצעות חבי אייזנברג בעקבות הבחרות חד משמעיות של דר' אדוה עזר כי ליצרן זה מענה לכל שנדרש. הזמנה 11711361.
 2. לאחר קליטת מערכת העבודה הזוגית הוברר כי ניתן לבצע בה 4 פרוצדורות חיוניות בחתאם לחנחיות משה"ב המחוות 40% מהפרוצדורות הנדרשות. יתר 60% הפרוצדורות אינן מחייבות עמדת עבודה ביולוגית – סימוכין ב'.
 3. לנוכח המצב שנוצר החליט היצרן עם נציגתו המקומית לפצות את המעבדה ולספק עמדת עבודה זוגית לא ביולוגית שתענה ליתר 60% מהפרוצדורות הנותרות בתנאים מיוחדים מאוד. להדגיש כי החצעה כוללת עמדת זוגית מושלמת, דחיינו מימוש הצעות מחיר 1801719, 1801701, 1801702. הצעה 1800664 הינה לצורך חתרשמות בלבד (סימוכין ג').
 4. מומלץ לאשר המוצע ע"י היצרן ונציגתו המקומית אשר מקובלת על פרופי אורביטו ודרי עזר, על מנת לאפשר לעמוד בעומס המצוי ב-IVF ועל מנת לסיים את הפרוייקט, שכן בסימוכין א' מבחיר הסוכן כי טרם נפרעה עלות המערכת הקיימת בפועל במעבדה מזה חודשים רבים.
- יש לראות בהשלמה הנדרשת חלק מהפרוייקט הכולל שאושר לפני כשנה על כל המשתמע מכך.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: פרופי ר. אורביטו
דרי א. עזר