

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הסניף
יחידה מזמינה:	ג'יה"כ 888
תאריך:	24.04/8

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059168	PUMP SYRINGE-ASENA GH IV80023UN01-G
2	1095057915	+ PUMP VOLUMETRIC INFUSION-ASENA GP

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	דובר
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510658404
מספר ספק בשיבא	1399
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 420,000 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

23 באפריל 2018
מספרנו: יש/0177-2018
תיק: 1111,

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: ביה"ח כללי/הצטיידות 2018 – חו"ד לרכישת מכשור עירוני
דוא"ל מיום 23.4.18

1. בחמשד לסימוכין נדרשת רכישת מכשור עירוני כדלקמן:
 - א. משאבות עירוני מסוג מזרק
 - ב. משאבות עירוני נפחיות
 2. משאבות העירוני הנפחיות הנפוצות ביותר בבית החולים הן מדגם GP/GP PLUS תוצרת ALARIS. דגם זה נמצא בשימוש נרחב בבית החולים בכמות של כ-400 יחידות.
 3. משאבות העירוני מסוג מזרק הנפוצות ביותר בבית החולים הן מדגם GH GR PLUS תוצרת ALARIS. דגם זה נמצא בשימוש נרחב בבית החולים בכמות של כ-400 יחידות.
 4. הדגמים GP PLUS ו-GH GR PLUS נותנים מענה לדרישות העירוני הן מצד ניחול סיכונים והן מצד הנהלת הסייעוד. בנוסף, צוותי בית החולים עוברים באופן רציף הדרכות נרחבות במטרה לייצר שימוש נכון ובטיחות בכל בית החולים ללא תלות במחלקה הספציפית או המשתמש הנקודתי.
 4. בכדי לשמור על אחידות ציוד מטעמי בטיחות חולה ועל מנת לאפשר המשך עבודה סדירה במחלקות השונות, יש לרכוש את הכמות המלאה הנדרשת של משאבות מזרק מדגם ASENSA GH GR PLUS ושל משאבות נפח מדגם ASENSA GP PLUS תוצרת ALARIS המיוצגת באמצעות חב' דובר.
- יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים). תקופת האחריות הכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בחתום להוראות היצרן.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתק: גב' אורנה רחמינוב