

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
התקשרות עם חברת רימד בע"מ לאספקת מתאר 2Mhz תוצרת חברת RIMED הצולמית, כולל שירותי תחזוקה ותיקון תקלות.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)
 טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	רימד בע"מ
מספר הספק (ח.פ./צ.ע.מ/מספר עמותה)	510935281
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק חוץ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד
אומדן / שווי ההתקשרות:	כ- 30 אש"ח בשנה כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	31.12.2022 - 1.7.2018

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות:

מחלף הנוירולוגית במרכז הרפואי מותקן מכשיר דופלר מסוג DIGI-LITE. למיטב ידיעתי המקצועית המתאר היחיד המותאם לצבודה עם מכשיר זה הינו מתאר 2Mhz תוצרת חברת RIMED. חברת רימד בע"מ הינה המשווק היחיד בישראל של חברת רימד הצולמית.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכת המקצועית לנושא זה.

	<p>מנהל תחום הנדסה רפואית ארשדי איתן מנהל תחום הנדסה רפואית</p>	<p>מנהל תחום הנדסה רפואית ארשדי איתן מנהל תחום הנדסה רפואית</p>
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית